ES

STERILE H_2O_2 Esterilizado mediante vapor de peróxido de hidrógeno
STERILE Esterilizado mediante vapor
STERILE EO Esterilizado mediante óxido de etileno

Información sobre el producto

Los procedimientos de cirugía abdominopélvica son causa frecuente de formación de adherencias, las cuales pueden provocar dolor pélvico y/o infertilidad (1). Estas adherencias postquirúrgicas son el resultado de la formación de áreas de contacto, constituidas por tejido fibroso, entre los órganos internos adyacentes. A fin de prevenir la formación postquirúrgica de adherencias se recomienda utilizar un producto que sea capaz de formar una barrera que evite el contacto entre los tejidos adyacentes, y que permanezca en el sitio de aplicación durante el tiempo suficiente para evitar la formación de adherencias (2).
Los productos sanitarios HYALOBARRIER® GEL e HYALOBARRIER® GEL ENDO son geles estériles, transparentes y muy viscosos, a base de ACP® (polisacárido autorreticulado), preparado por reticulado mediante condensación del ácido hialurónico, uno de los componentes principales del tejido conectivo humano y de los tejidos epiteliales y mesoteliales. Gracias a su viscosidad, HYALOBARRIER® GEL e HYALOBARRIER® GEL ENDO se adhieren perfectamente a la superficie del tejido y a la pared abdominal, creando una barrera antiadherente que mantiene los tejidos adyacentes separados durante la etapa de reparación siguiente a un procedimiento quirúrgico. El gel se reabsorbe completamente (3) en los siete días siguientes a su aplicación. La eficacia de los productos se ha demostrado a través de ensayos clínicos (4-13) realizados en cirugías abdominopélvicas. HYALOBARRIER® GEL e HYALOBARRIER® GEL ENDO han sido diseñados para satisfacer las necesidades de las distintas técnicas utilizadas en la cirugía abdominopélvica.

Indicaciones

HYALOBARRIER® GEL e HYALOBARRIER® GEL ENDO están indicados en la prevención o reducción de la formación de adherencias postquirúrgicas en el área abdominopélvica.
HYALOBARRIER® GEL está indicado para su uso en procedimientos de cirugía abierta.
HYALOBARRIER® GEL ENDO está indicado para su uso en procedimientos de laparoscopia e histeroscopia.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad conocida al producto.
Los productos no se deben utilizar en pacientes con infección o contaminación en el campo quirúrgico.

Conservación

- Conservar en nevera (2-8°C). El producto puede permanecer a temperatura ambiente solamente durante un tiempo limitado (no más de 7 días), después deberá colocarse de nuevo en la nevera.
- No congelar.

Instrucciones de uso

HYALOBARRIER® GEL e HYALOBARRIER® GEL ENDO se suministran en jeringas estériles, precargadas, de un solo uso. El contenido de la jeringa se esteriliza mediante vapor. El envase que contiene la jeringa se esteriliza mediante vapor de peróxido de hidrógeno para asegurar la esterilidad del contenido, incluyendo la superficie exterior de la jeringa. Las cánulas se esterilizan mediante óxido de etileno.

1. Sacar el producto de la nevera y dejarlo a temperatura ambiente (un mínimo de 30-40 minutos en una habitación a temperatura ambiente). Abrir el envase e introducir la jeringa en el campo estéril quirúrgico, adoptando las técnicas asépticas habituales utilizadas en quirófano.
2. Abrir el blíster de la cánula y colocar la cánula en el campo estéril, adoptando las técnicas asépticas habituales utilizadas en quirófano.
3. Quitar el capuchón protector de la punta de la jeringa. Con un movimiento de giro conectar la cánula con el extremo luer-lock de la jeringa. Tirar cuidadosamente de la cánula. Si la cánula está correctamente colocada en la jeringa no debería salirse. La cánula para HYALOBARRIER® GEL ENDO fue diseñada para ser utilizada con trocar de 0,5 cm de diámetro.
4. Aplicar el gel dentro de la cavidad abdominopélvica empujando el émbolo.
5. Cubrir con el gel las áreas a tratar. Se recomienda aplicar una capa de gel de 1-2 mm de espesor. El espesor de la capa de gel no influye en la eficacia del producto.
6. En los casos de un envase con 2 jeringas y 1 cánula, si se requiere usar la segunda jeringa de gel, desenroscar la jeringa de la cánula en uso y seguir el paso 3 anterior para enganchar la segunda jeringa a la cánula.
7. No irrigar el campo quirúrgico después de aplicar el producto.

Advertencias y precauciones

- HYALOBARRIER® GEL e HYALOBARRIER® GEL ENDO están diseñados para utilizarse en cirugía y deben ser usados sólo por cirujanos especializados.
- HYALOBARRIER® GEL e HYALOBARRIER® GEL ENDO no deben inyectarse por vía intravenosa.
- De acuerdo con la evidencia preclínica, la eficacia de HYALOBARRIER® GEL e HYALOBARRIER® GEL ENDO no se ve comprometida por la presencia de una hemostasia dificultosa (14). El uso de los productos en pacientes afectados por trastornos de coagulación sanguínea, alergias graves o antecedentes conocidos de anafilaxia, quedará a juicio del cirujano.
- HYALOBARRIER® GEL e HYALOBARRIER® GEL ENDO no tienen actividad bacteriostática o bactericida intrínseca.
- El uso concomitante de HYALOBARRIER® GEL e HYALOBARRIER® GEL ENDO con otros productos antiadherentes o con soluciones intraperitoneales no ha sido evaluado.
- HYALOBARRIER® GEL e HYALOBARRIER® GEL ENDO no han sido evaluados en pacientes afectados por tumores malignos. La evidencia preclínica ha demostrado que los productos no influyen sobre la diseminación neoplásica (15).
- No están disponibles los datos sobre el uso de HYALOBARRIER® GEL e HYALOBARRIER® GEL ENDO en mujeres embarazadas. No se recomienda el uso de los productos durante el embarazo. Se recomienda también evitar el embarazo durante el primer ciclo menstrual completo tras el tratamiento.
- El uso de HYALOBARRIER® GEL e HYALOBARRIER® GEL ENDO no se ha evaluado en niños ni en mujeres en periodo de lactancia.
- Se recomienda utilizar la jeringa y la cánula inmediatamente después de abrir el envase.
- Las operaciones de ensamblaje del producto se deben llevar a cabo dentro del quirófano.
- Para evitar daños en la conexión luer-lock, se recomienda no usar el sistema cánula-jeringa como un instrumento para la manipulación laparoscópica, por ejemplo para desplazar tejidos y órganos.
- La jeringa es de un solo uso; el producto que no se utilice debe ser desechado.
- La cánula es de un solo uso; no esterilizar de nuevo.
- Existe el riesgo de pérdida de esterilidad del producto y de infección en el paciente, en caso de que el gel sobrante y/o la cánula se reutilicen tras la aplicación.
- Las jeringas vacías deben ser desechadas de acuerdo a la regulación nacional.
- En caso de que el envase protector o el blíster estén dañados no utilizar el producto e informar al distribuidor local.
- No utilizar el producto después de la fecha de caducidad.

Presentación

- En cada envase, HYALOBARRIER® GEL está disponible en jeringas de 10 ml en envase individual conteniendo cada una 40 mg de gel estéril ACP®/ ml. Se incluyen para la aplicación cánulas de 5 cm de longitud en envase individual.
- En cada envase, HYALOBARRIER® GEL ENDO está disponible en jeringas de 10 ml en envase individual conteniendo cada una 30 mg de gel estéril ACP®/ml. Se incluyen para la aplicación cánulas de 30 cm de longitud en envase individual.

Referencias

1. Lower A.M. et al. Hum Reprod.2004;19:1877
2. Harris E.S. et al. Surgery.1995;177:663
3. Renier D. et al. Biomaterials.2005;26(26):5368
4. Pellicano M. et al. Fertil Steril.2003;80(2):441
5. Carta G. et al. Clin Exp Obstet Gynecol.2004;31(1):39
6. Acunzo G. et al. Hum Reprod.2003 ;18(9) :1918
7. Guida M. et al. Hum Reprod.2004;19(6):1461
8. Pellicano M. et al. Fertil Steril.2005;83(2):498
9. Mais V. et al. Hum Reprod.2006 ;21(5) :1248
10. Metwally M. et al. Fertil Steril.2007;87(5):1139
11. Mais V et al. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2012 Jan;160(1):1-5
12. Salman MC et al. 2009 Jun;54(6):397-400
13. Beksac MS, et al. Case Rep Med. 2011;2011:120-175
14. De laco P.A. et al. Surgery.2001;130:60
15. Pucciarelli S et al. Br J Surg 2003; 90:66

Distribuidor:
NORDIC PHARMA S.A.U.
C/Adolfo Pérez Esquivel, 3,
Segunda planta, Oficina 17
Edificio Las Americas III
28232 Parque Empresarial Las Rozas - Madrid,
ESPAÑA

Fabricante:
Anika Therapeutics S.r.l.
Corso Stati Uniti 4/U - 35127 Padova (PD) – Italia

2021/11

CE 0459

PT

STERILE H_2O_2 Esterilizado com peróxido de hidrogênio vaporizado
STERILE Esterilizado por vapor
STERILE EO Esterilizado por óxido de etileno

Informações do produto

Procedimentos cirúrgicos conduzidos na região abdomino-pélvica são uma causa frequente de formação de aderências, o que pode provocar dor pélvica e / ou infertilidade (1). Estas aderências pós-cirúrgicas são devidas à formação de zonas de contacto, constituitas de tecido fibroso, entre os órgãos internos adjacentes. A fim de evitar a formação de aderências pós-cirúrgicas, é recomendado o uso de um agente capaz de formar uma barreira entre os tecidos adjacentes, e de permanecer no local de aplicação por um período de tempo suficiente para evitar a formação de aderências (2).
Os dispositivos médicos HYALOBARRIER® GEL e HYALOBARRIER® GEL ENDO são géis estéreis, transparentes e altamente viscosos, com base no ACP® (auto-crosslinked polysaccharide), obtidos por reticulação devida à condensação do ácido hialurónico, um dos maiores componentes do tecido conjuntivo humano, do epitélio e do mesotelio. Graças à sua viscosidade, e HYALOBARRIER® GEL e HYALOBARRIER® GEL ENDO aderem perfeitamente à superfície do tecido e à parede abdominal, criando uma barreira anti-adesão que mantém os tecidos adjacentes separados durante a fase de reparação posterior a um procedimento cirúrgico. O gel é completamente reabsorvido sete dias após a aplicação (3). A eficácia dos produtos tem sido demonstrada através de estudos pre-clínicos e clínicos (4-13) realizados em cirurgias abdomino-pélvicas. HYALOBARRIER® GEL e HYALOBARRIER® GEL ENDO são concebidos para responder às necessidades das diferentes técnicas utilizadas na cirurgia abdomino-pélvica.

Indicações

HYALOBARRIER® GEL e HYALOBARRIER® GEL ENDO são indicados na prevenção ou redução da formação de aderências pós-cirúrgicas na região abdomino-pélvica.
HYALOBARRIER® Gel é indicado para utilização em cirurgia aberta.
HYALOBARRIER® GEL ENDO é indicado na utilização em laparoscopia e histeroscopia.

Contra-indicações

Hipersensibilidade conhecida ao produto.
O dispositivo não deve ser utilizado em pacientes com infecções ou numa área cirúrgica contaminada.

Conservação

- Conservar na frigorífico (2-8°C). O produto pode ser armazenado à temperatura ambiente apenas para um prazo limitado (não mais de sete dias), e deve depois ser recolocado na frigorífico.
- Não se deve congelar o produto.

Instruções de uso

HYALOBARRIER® GEL e HYALOBARRIER® GEL ENDO são fornecidos em seringas estéreis pré-cheias de uso único. O conteúdo de cada seringa é esterilizado com vapor. O acondicionamento da seringa é esterilizado com peróxido de hidrogénio vaporizado para assegurar a esterilidade de todo o seu conteudo, incluindo as superfícies externas da seringa. As cânulas são esterilizadas com óxido de etileno.

1. Retire o produto da frigorífico e deixe-o à temperatura ambiente (pelo menos 30-40 minutos). Abra o saco e introduza a seringa sobre o campo cirúrgico estéril, respeitando as condições assépticas normais utilizadas na sala de operação.
2. Abra o blister da cânula e transfera a cânula no campo estéril, adotando as técnicas assépticas normais utilizadas na sala de operação.
3. Retire a tampa de protecção da ponta da seringa. Com um movimento de torção, ligar a cânula com a extremidade da seringa. Puxe delicadamente a cânula. Se a cânula estiver correctamente colocada na seringa, não deve sair para fora. A cânula de HYALOBARRIER® GEL ENDO foi concebida para ser usada com um trocarte de 0,5 cm de diâmetro.
4. Aplique o gel dentro da cavidade abdomino-pelvica pressionando o êmbolo.
5. Cobrir as áreas a serem tratadas com o gel. E recomendado aplicar uma camada de gel de 1 a 2 mm de espessura. A espessura do gel não influencia a eficácia do produto.
6. Em caso de pacote com 2 seringas e uma cânula, se for necessária uma segunda seringa de gel, torcer a seringa fora da cânula em uso e siga o passo 3 indicado acima para anexar a segunda seringa para a cânula.
7. Não lave o local da cirurgia após a aplicação do produto.

Avisos e precauções

- HYALOBARRIER® GEL e HYALOBARRIER® GEL ENDO são destinados para uso cirúrgico somente por cirurgiões especializados.
- HYALOBARRIER® GEL e HYALOBARRIER® GEL ENDO não devem ser injetados por via intravenosa.
- Com base em dados pré-clínicos, eficácia de HYALOBARRIER® GEL e HYALOBARRIER® GEL ENDO não é alterada na presença de uma hemostasia difícil (14). É deixada ao critério do cirurgião a aplicação do produto em pacientes com distúrbios hemorrágicos, com história de alergia grave ou episódios anafiláticos conhecidos.
- HYALOBARRIER® GEL e HYALOBARRIER® GEL ENDO não tem nenhuma actividade bacteriostática intrínseca ou bactericida.
- O uso concomitante de HYALOBARRIER® GEL e HYALOBARRIER® GEL ENDO com outros produtos anti-aderências ou com soluções incutidas por via intraperitoneal não foi avaliado.
- O uso de HYALOBARRIER® GEL e HYALOBARRIER® GEL ENDO não foi avaliado em pacientes com tumores malignos. Os dados pré-clínicos demonstraram que os produtos não tinham influência na difusão neoplásica (15).
- Os dados sobre o uso de HYALOBARRIER® GEL e HYALOBARRIER® GEL ENDO em mulheres grávidas não estão disponíveis. Não é recomendado o uso destes produtos nessas condições. Além disso, é recomendado evitar a gravidez no primeiro ciclo menstrual após o tratamento.
- O uso de HYALOBARRIER® GEL e HYALOBARRIER® GEL ENDO não foi avaliado em crianças nem mulheres amamentando.
- É recomandada a utilização da seringa e da cânula imediatamente após a abertura da embalagem.
- Todas as operações de montagem do dispositivo devem ser realizadas em sala de operação.
- Para evitar danos na conexão Luer-Lock cânula-seringa, o uso da cânula não é recomendado como um meio de laparoscopia, por exemplo, para mover tecidos ou órgãos.
- A seringa é para uso único; Os produtos não utilizados devem ser eliminados.
- A cânula é para uso único; Não se deve esterilizá-la novamente.
- Há um risco de falta de esterilidade do produto e de infecção do paciente, em caso o gel não utilizado e/ou a cânula fossem re-utilizados após a aplicação.
- Os recipientes vazios tem que ser eliminados de acordo com os regulamentos nacionais.
- Não use o produto se a embalagem estiver estragada e entre em contacto com o distribuidor local.
- Não use o produto após a data de validade impressa na embalagem.

Apresentação

- Em cada embalagem, HYALOBARRIER® GEL está disponível em seringa embalada individualmente, contendo 10 ml de gel ACP® estéril de 40 mg/ml e de uma cânula de 5 cm de comprimento embalada individualmente, anexada para a aplicação.
- Em cada embalagem HYALOBARRIER® GEL ENDO está disponível em seringa embalada individualmente, contendo 10 ml de gel ACP® estéril de 30 mg/ml e de uma cânula de 30 cm de comprimento embalada individualmente, anexada pela aplicação.

Referências

1. Lower A.M. et al. Hum Reprod.2004;19:1877
2. Harris E.S. et al. Surgery.1995;177:663
3. Renier D. et al. Biomaterials.2005;26(26):5368
4. Pellicano M. et al. Fertil Steril.2003;80(2):441
5. Carta G. et al. Clin Exp Obstet Gynecol.2004;31(1):39
6. Acunzo G. et al. Hum Reprod.2003;18(9):1918
7. Guida M. et al. Hum Reprod.2004;19(6):1461
8. Pellicano M. et al. Fertil Steril.2005;83(2):498
9. Mais V. et al. Hum Reprod.2006 ;21(5):1248
10. Metwally M. et al. Fertil Steril.2007;87(5):1139
11. Mais V et al. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2012 Jan;160(1):1-5
12. Salman MC et al. 2009 Jun;54(6):397-400
13. Beksac MS, et al. Case Rep Med. 2011;2011:120-175
14. De laco P.A. et al. Surgery.2001;130:60
15. Pucciarelli S et al. Br J Surg 2003; 90:66

Distribuidor:
NORDIC PHARMA S.A.U.
C/Adolfo Pérez Esquivel, 3,
Segunda planta, Oficina 17
Edificio Las Americas III
28232 Parque Empresarial Las Rozas - Madrid,
ESPANHA

Fabricante:
Anika Therapeutics S.r.l.
Corso Stati Uniti 4/U - 35127 Padova (PD) – Italia

2021/11

CE 0459

BG

STERILE H_2O_2 Стерилизирано чрез водороден прекис на пара
STERILE Стерилизирано чрез пара
STERILE EO Стерилизирано чрез етиленов окис

Информация за медицинското изделие

Хирургичните интервенции в абдоминално-пелвичната (коремно-тазовата) област често провокират образуването на адхезивни формации, които могат да причинят болка в таза и/или безплодие (1). Пост-хирургичните сраствания се обуславят главно от образуването на фиброзна тъкан между близкостоящите вътрешни органи. За превенция на постхирургичните адхезии се препоръчва прилагането на бариерен продукт, който държи близкостоящите тъкани на разстояние и остава в зоната на приложение за критичния за образуване на сраствания период от време (2).
Медицинските изделия HYALOBARRIER® GEL и HYALOBARRIER® GEL ENDO са стерилни, прозрачни и силно вискозни гелове, на базата на ACP® (auto-cross linked polysaccharide), получен чрез напречно свързане при кондензацията на хиалуронова киселина, един от основните компоненти на човешката съединителна тъкан и на епителните и мезотелните тъкани. Благодарение на вискозитета им те идеално прилепват към тъканната повърхност и абдоминалната стена, като образуват антиадхезионна бариера, която отделя физически тъканите и не позволява срастването им по време на възстановителния период след хирургичната интервенция. HYALOBARRIER® GEL и HYALOBARRIER® GEL ENDO - Седем дни след прилагането му, гелът се реабсорбира (3). Ефективността на продуктите е демонстрирана в условията на предклинични и клинични проучвания (4-13) при абдоминално-пелвична (коремно-тазова) хирургия. HYALOBARRIER® GEL и HYALOBARRIER® GEL ENDO са създадени, за да удовлетворяват нуждите при различни техники, използвани в абдоминално-пелвичната хирургия.

Индикации

HYALOBARRIER® GEL и HYALOBARRIER® GEL ENDO са индицирани за превенция или редукция на пост-хирургичните сраствания в абдоминално-пелвичната (коремно-тазовата) област;
HYALOBARRIER® GEL се използва при отворени хирургични процедури;
HYALOBARRIER® GEL ENDO се използва при лапароскопски и хистероскопски хирургични интервенции.

Контраиндикации

При известна свръхчувствителност към продукта.
При пациенти с инфекции или контаминирано (замърсено) хирургично поле.

Съхранение

- В хладилник, при температура от 2-8 °C. Продуктът може да бъде съхраняван при стайна температура за кратко време (не повече от 7 дни), след което трябва отново да се постави в хладилник.
- Да не се допуска да замръзва.

Инструкции за употреба

HYALOBARRIER® GEL и HYALOBARRIER® GEL ENDO се предлагат в стерилна, предварително напълнена спринцовка за еднократна употреба. Съдържанието на спринцовката е стерилизирано чрез пара. Опаковката със спринцовката е стеризирано чрез водороден прекис на пара, за да се осигури стерилност на съдържанието на опаковката, включително външните повърхности на спринцовката. Канюлата е стерилизирана чрез етиленов окис.

1. Извадете изделието от хладилника и го темперирайте на стайна температура (минимум 30-40 минути на умерена стайна температура).
2. Отворете опаковката на канюлата и спазвайте рутинните хирургични асептични техники, за въвеждането и в оперативната среда.
3. Отстранете защитното капаче на спринцовката от върха на спринцовката и свържете с приложената канюла. С въртеливо движение свържете канюлата с съответния свързващ край на спринцовката. Леко изтеглете канюлата. Ако канюлата е свързана правилно тя не би трябвало да се извади. Канюлата за медицинското изделие може да бъде използвана с трокар с диаметър 0.5 см.
4. Гелът се въвежда в коремната, тазовата кухина или вътрематочно чрез продължително, умерено натискане на буталото на спринцовката.
5. Покрийте с гела третираните областите. Препоръчва се слой от нанесения гел с дебелина 1-2 mm. Ефективността на гела не зависи от дебелината на нанесения слой.
6. В случай на опаковки с две спринцовки и една канюла, ако е необходимо използването на втората спринцовка, отвъртете спринцовката от канюлата и следвайте стъпка 3 по-горе, за да свържете втората спринцовка към канюлата.
7. Не промивайте хирургичното поле след нанасянето на продукта.

Предпазни мерки и предупреждения

- HYALOBARRIER® GEL и HYALOBARRIER® GEL ENDO са предназначени за хирургична употреба само от специалисти хирурзи.
- HYALOBARRIER® GEL и HYALOBARRIER® GEL ENDO не трябва да се инжектират венозно.
- Въз основа на предклинични проучвания на ефективността се установява, че медицинското изделие запазва свойствата си в условията на трудна хемостаза (11). Използването на продукта при пациенти с коагулационни нарушения, тежки алергии или случаи на анафилаксия, трябва да бъде по преценка на лекаря (14).
- HYALOBARRIER® GEL и HYALOBARRIER® GEL ENDO не притежава бактериостатични и/или бактерицидни свойства.
- Едновременната употреба на HYALOBARRIER® GEL и HYALOBARRIER® GEL ENDO с други антиадхезивни изделия или интраперитонеални инстилационни разтвори не е оценявана.
- Както и тази при малигнени тумори. В предклинични проучвания не е наблюдавано влияние на HYALOBARRIER® GEL и HYALOBARRIER® GEL ENDO върху разпространението на злокачествените тумори (15).
- Няма достатъчно данни за употребата на HYALOBARRIER® GEL и HYALOBARRIER® GEL ENDO при бременни жени. Затова не се препоръчва използването на продукта при бременни жени. Също така препоръките са да се избягва забременяване по време на първия пълен менструален цикъл последващ лечението с изделието.
- Използването на HYALOBARRIER® GEL и HYALOBARRIER® GEL ENDO не са били изследвани при деца и кърмачки.
- Препоръчва се използването на спринцовката и канюлата веднага след отваряне на опаковката.
- Всички манипулации с медицинското изделие следва да се извършват в операционна.
- За да се избегне рискът от повреждане на връзката между канюлата и спринцовката се препоръчва свързаната система канюла-спринцовка да не се използва подобно на лапароскопски инструмент, като например за преместване или разделяне на тъкани или органи.
- Спринцовка е за еднократна употреба. Неизползваният продукт трябва да бъде изхвърлен.
- Канюлата е за еднократно употреба. Да не се стерилизира отново.
- При повторното използване на изделието или канюлата има риск от приложението на не-стерилен продукт и предизвикване на инфекция у пациента.
- Празните контейнери трябва да бъдат изхвърлени съгласно изискванията на местното законодателство.
- Ако опаковката на спринцовката или канюлата е нарушена не използвайте медицинското изделие и уведомете местния дистрибутор.
- Не използвайте изделието след изтичане на срока на годност, отбелязан на опаковката.

Опаковки

- Във всяка опаковка HYALOBARRIER® GEL - индивидуално опаковани спринцовки от по 10 ml от 40 mg ACP®/ml стерилен гел. Индивидуално опаковани 5 cm канюли.
- Във всяка опаковка HYALOBARRIER® GEL ENDO - индивидуално опаковани спринцовки, съдържащи 10 ml от 30 mg ACP®/ml стерилен гел и индивидуално пакетирани 30 cm канюли.

Литература

1. Lower A.M. et al. Hum Reprod. 2004; 19:1877
2. Harris E.S. et al. Surgery. 1995; 177:663
3. Renier D. et al. Biomaterials. 2005; 26(26):5368
4. Pellicano M. et al. Fertil Steril. 2003; 80(2):441
5. Carta G. et al. Clin Exp Obstet Gynecol. 2004; 31(1):39
6. Acunzo G. et al. Hum Reprod. 2003; 18(9):1918
7. Guida M. et al. Hum Reprod. 2004; 19(6):1461
8. Pellicano M. et al. Fertil Steril. 2005; 83(2):498
9. Mais V. et al. Hum Reprod. 2006; 21(5):1248
10. Metwally M. et al. Fertil Steril. 2007; 87(5):1139
11. Mais V et al. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2012 Jan; 160(1):1-5
12. Salman MC et al. 2009 Jun; 54(6):397-400
13. Beksac MS, et al. Case Rep Med. 2011; 2011:120-175
14. De laco P.A. et al. Surgery. 2001; 130:60
15. Pucciarelli S et al. Br J Surg 2003; 90:66

Вносител и дистрибутор:
„НОВУС" ЕООД
ул. Бузлуджа №37, ап.8 - Пощенска кутия 147 - София 1463
България
Тел: +359 877192700 - e-mail: office@novus.bg

Производител:
Anika Therapeutics S.r.l.
Corso Stati Uniti 4/U - 35127 Padova (PD) - Италия

2021/11

CE 0459

SE

STERILE H_2O_2 Steriliserad med förångad väteperoxid
STERILE Steriliserad med ånga
STERILE EO Steriliserad med etylenoxid

Produktinformation

Buk- och bäckenkirurgiska ingrepp är en vanlig orsak till adhesionsbildning, som kan leda till buksmärta och/eller infertilitet (1). Dessa postoperativa adhesioner beror på att det bildas kontaktytor av fibrös vävnad mellan närliggande inre organ. För att förhindra uppkomsten av postoperativa adhesioner rekommenderas användning av en produkt som kan bilda en barriär som hindrar kontakt mellan närliggande vävnader och som stannar kvar på appliceringsstallet tillräckligt länge så att adhesionsbildning kan undvikas (2).
HYALOBARRIER® GEL och HYALOBARRIER® GEL ENDO är sterila, transparenta och högviskösa geler, baserade på ACP® (autokorslänkad polysackarid), som erhålls genom kondensation av ren hyaluronsyra, en av huvudkomponenterna i human bindvävnad och i epiteliala och mesoteliala vävnader. Tack vare viskositeten fäster HYALOBARRIER® GEL och HYALOBARRIER® GEL ENDO utmärkt väl vid vävnadsytan, där de bildar en anti-adhesionsbarriär som håller isär närliggande vävnader under reparationsfasen efter ett kirurgiskt ingrepp. Gelen har reabsorberats helt sju dagar efter appliceringen (3). Effekten av gelerna har påvisats i kliniska studier (4-13) utförda vid buk- och bäckenkirurgi. HYALOBARRIER® GEL och HYALOBARRIER® GEL ENDO är framställda för att tillgodose de olika behov som förekommer vid buk- och bäckenkirurgi, så väl öppen som laparoskopisk.

Indikationer

HYALOBARRIER® GEL och HYALOBARRIER® GEL ENDO är indikerade för att förebygga eller minska postoperativ adhesionsbildning i buk- och bäckenområdet.
HYALOBARRIER® GEL är indikerad för användning i öppen kirurgi.
HYALOBARRIER® GEL ENDO är indikerad för användning vid laparoskopisk och hysteroskopisk kirurgi.

Kontraindikationer

Känd överkänslighet mot produkten.
Produkterna får inte anvandas på patienter med en pågående infektion eller kontaminering av operationsområdet.

Förvaring

- Förvaras i kylskåp (2-8°C). Förvaring i rumstemperatur är endast tillåten under begränsad tid (högst 7 dagar), därefter ska produkten åter kylförvaras.
- Får ej frysas.

Bruksanvisning

HYALOBARRIER® GEL och HYALOBARRIER® GEL ENDO levereras i förfyllda, sterila engångssprutor. Innehållet i sprutan är steriliserat med ånga. Påsen med sprutan är steriliserat med förångad väteperoxid för att säkerställa att allt innehåll i påsen är sterilt, inklusive sprutans utsida. Kanylerna är steriliserade med etylenoxid.

1. Ta ut produkten ur kylskåpet och låt den uppnå rumstemperatur (minst 30-40 minuter i rumstemperatur). Öppna påsen och flytta sprutan till sterilomradet med användning av den normala aseptiska teknik som gäller för operationssalar.
2. Öppna kanylens blisterförpackning och flytta kanylen till sterilområdet med användning av den normala aseptiska teknik som gäller för operationssalar.
3. Avlägsna sprutskyddet från sprutspetsen. Med en vridande rörelse sätts kanylen ihop med luer-lock delen på sprutan. Ryck försiktigt i kanylen. Om kanylen är korrekt ihopsatt med sprutan ska den inte gå att dra av. Kanylen till HYALOBARRIER® GEL ENDO har designats för att passa i en 0,5 cm diameter trokar.
4. Applicera gelen inuti buk- och bäckenhålan genom att trycka på kolven.
5. Förse de berörda ytorna med ett heltackande skikt av gel. Det rekommenderas att applicera ett skikt på 1-2 mm tjocklek. Gelskiktets tjocklek påverkar inte produktens effekt.
6. Om en förpackning med 2 sprutor och 1 kanyl används, och den andra sprutan med gel behövs kan sprutan vridas av kanylen och den andra sprutan kan sättas ihop med kanylen enligt beskrivning i steg 3.
7. Skölj inte operationsområdet efter att produkten har applicerats.

Varningar och försiktighetsmått

- HYALOBARRIER® GEL och HYALOBARRIER® GEL ENDO är endast avsedda för kirurgi utförd av specialiserade kirurger.
- HYALOBARRIER® GEL och HYALOBARRIER® GEL ENDO får inte injiceras intravenöst.
- På basis av de prekliniska studierna så påverkas inte effekten av HYALOBARRIER® GEL och HYALOBARRIER® GEL ENDO vid förekomst av inkomplett hemostas (14). Det är upp till kirurgens omdöme att avgöra om produkterna ska anvandas på patienter med känd koagulationsrubbning, svåra allergier eller har en tidigare historia med konstaterade episoder av anafylaxi.
- HYALOBARRIER® GEL och HYALOBARRIER® GEL ENDO har inga bakteriostatiska eller baktericida egenskaper.
- Samtidig användning av HYALOBARRIER® GEL och HYALOBARRIER® GEL ENDO med andra antiadhesionsprodukter eller lösningar som tillförs intraperitonealt har inte utvärderats.
- HYALOBARRIER® GEL och HYALOBARRIER® GEL ENDO har inte utvärderats hos patienter med maligna tumörer. Prekliniska studier har visat att produkterna har ingen påverkan på tillväxt av maligna celler (15).
- Det finns inga uppgifter tillgängliga om användningen av HYALOBARRIER® GEL och HYALOBARRIER® GEL ENDO hos gravida kvinnor och därför rekommenderas inte användning av produkterna på denna patientgrupp. Dessutom rekommenderas att graviditet undviks under den första fullständiga menstruationscykeln efter behandlingen.
- Användningen av HYALOBARRIER® GEL och HYALOBARRIER® GEL ENDO har inte utvärderats hos barn eller ammande mödrar.
- Det rekommenderas att sprutan och kanylen används direkt efter öppnandet av påsen.
- Alla monteringsmoment måste utföras i operationssalen.
- För att undvika skada på Luer-lock anslutningen, rekommenderas att spruta och kanyl ej används för att manipulera vävnad eller organ vid laparoskopiskt bruk.
- Sprutan är avsedd för engångsbruk och oanvända delar av produkten måste förstöras.
- Kanylen är avsedd för engångsbruk och får inte steriliseras på nytt.
- Det finns risk för osterilitet och infektion om icke använd gel och/eller kanyl återanvänds efter avslutad applikation.
- De tomma behållarna bör kasseras enligt nationella riktlinjer.
- Använd inte produkten om skyddspåsen eller blistret har skadats. Kontakta Nordic Drugs AB.
- Använd inte produkten efter det utgångsdatum som är tryckt på förpackningen.

Förpackningar

- I varje förpackning av HYALOBARRIER® GEL finns enskilt förpackade sterila sprutor innehållande 10 ml av 40 mg ACP®/ml steril gel. 5 cm långa enskilt förpackade kanyler bifogas för användning.
- I varje förpackning av HYALOBARRIER® GEL ENDO finns enskilt förpackade sterila sprutor innehållande 10 ml av 30 mg ACP®/ml steril gel. 30 cm långa enskilt förpackade kanyler bifogas för användning.

Referenser

1. Lower A.M. et al. Hum Reprod. 2004; 19:1877
2. Harris E.S. et al. Surgery. 1995; 177:663
3. Renier D. et al. Biomaterials. 2005; 26(26):5368
4. Pellicano M. et al. Fertil Steril. 2003; 80(2):441
5. Carta G. et al. Clin Exp Obstet Gynecol. 2004; 31(1):39
6. Acunzo G. et al. Hum Reprod. 2003; 18(9):1918
7. Guida M. et al. Hum Reprod. 2004; 19(6):1461
8. Pellicano M. et al. Fertil Steril. 2005; 83(2):498
9. Mais V. et al. Hum Reprod. 2006; 21(5):1248
10. Metwally M. et al. Fertil Steril. 2007; 87(5):1139
11. Mais V et al. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2012 Jan; 160(1):1-5
12. Salman MC et al. 2009 Jun; 54(6):397-400
13. Beksac MS, et al. Case Rep Med. 2011; 2011:120-175
14. De laco P.A. et al. Surgery. 2001; 130:60
15. Pucciarelli S et al. Br J Surg 2003; 90:66

Marknadsförs av:
Nordic Drugs AB
Box 300 35 - 200 61 Limhamn
Tel: +46 (0)40 36 66 00
Fax: +46 (0)40 36 66 01
www.nordicdrugs.se

Tillverkare:
Anika Therapeutics S.r.l.
Corso Stati Uniti 4/U - 35127 Padova (PD) – Italien

2021/11

CE 0459

EE

STERILE H_2O_2 Steriilne, steriliseeritud aurustatud vesinikperoksiidiga
STERILE Steriilne, steriliseeritud auruga
STERILE EO Steriilne, steriliseeritud etüleenoksiidiga

Tootekirjeldus

Kõhu- ja vaagnapiirkonna kirurgilised protseduurid on sagedaseks liidete moodustumise põhjuseks, mis võivad põhjustada valu vaagna piirkonnas ja/või viljatust (1). Need operatsioonijärgsed liited tekivad fibrooskoest seoses kokkupuutepiirkondade moodustumisega kõrvuti asetsevate siseorganite vahel. Selleks et vältida operatsioonijärgsete liidete moodustumist, on soovitatav kasutada toodet, mis on võimeline moodustama barjääri ümbritsevate kudedega kokkupuute vastu ja jääma piirkonda ajavahemikuks, mis on küllaldane, et vältida liidete teket (2).
Meditsiiniseadmed HYALOBARRIER® GEL ja HYALOBARRIER® GEL ENDO on steriilsed, läbipaistvad ja suure viskoossusega geelid, mis põhinevad ACP®-l (auto-crosslinked polysaccharide), mis on saadud ristsidumise reaktsiooniga hüaluroonhappe kondensatsioonil, mis on inimese side-, epiteel- ja mesoteelkoe põhiline koostisosa. Tänu viskoossusele, jäävad HYALOBARRIER® GEL ja HYALOBARRIER® GEL ENDO kinni koepinnale ja kõhuõõne seinale, luues kleepumisvastase barjääri, mis hoiab lähedalasuvad koed kirurgilisele protseduurile järgnevas paranemisfaasis eraldi. Seitsme päeva pärast on geel täielikult reabsorbeerunud (3). Toote efektiivsust on näidatud kliiniliste uuringutega (4-13), mis on läbi viidud kõhu- ja vaagnaõõne operatsioonidel. HYALOBARRIER® GEL ja HYALOBARRIER® GEL ENDO on mõeldud rahuldama erinevaid kõhu- ja vaagnaõõne kirurgias kasutatavate tehnikate vajadusi.

Näidustused

HYALOBARRIER® GEL ja HYALOBARRIER® GEL ENDO on näidustatud kõhu- ja vaagnapiirkonnas operatsioonijärgsete liidete moodustamise vältimiseks ja vähendamiseks.
HYALOBARRIER® GEL on näidustatud kasutamiseks avatud kirurgias.
HYALOBARRIER® GEL ENDO on näidustatud kasutamiseks laparoskoopilistel ja hüsteroskoopilistel operatsioonidel.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toote suhtes.
Toodet ei tohi kasutada patsientidel, kellel on operatsioonikoha infektsioon või saastumine.

Säilitamine

- Hoida külmkapis (2-8°C). Toodet võib hoida toatemperatuuril ainult piiratud aja (mitte kauem kui 7 päeva), pärast mida tuleb see jälle külmkappi panna.
- Mitte lasta külmuda.

Kasutusjuhend

HYALOBARRIER® GEL ja HYALOBARRIER® GEL ENDO on saadaval steriilsetes, ühekordseks kasutamiseks mõeldud eeltäidetud süstaldes. Süstla sisu on steriliseeritud auruga. Kott koos süstlaga on steriliseeritud aurustatud vesinikperoksiidiga, et kindlustada kogu koti sisu, kaasa arvatud süstla välispind, steriilsus. Kanüülid on steriliseeritud etüleenoksiidiga.

1. Võtke toode külmkapist välja ja laske soojeneda toatemperatuurini (minimaalselt 30 – 40 minutit toatemperatuuril). Võtke süstal kotist välja ja viige steriilsesse operatsioonialasse, rakendades tavalisi kirurgias kasutatavaid aseptikanõudeid.
2. Avage kanüüli blisterpakend ja viige kanüül steriilsesse alasse, rakendades tavalisi kirurgias kasutatavaid aseptikanõudeid.
3. Eemaldage süstla otsast süstla kaitsekate. Keerava liigutusega ühendage kanüül süstla luer-lukk otsa. Tõmmake õrnalt kanüüli. Kui kanüül on korralikult süstlasse paigaldatud, ei tohiks see tõmmates ära tulla. HYALOBARRIER® GEL ENDO kanüül on mõeldud kasutamiseks 0,5 cm läbimõõduga trokaariga.
4. Surudes süstlakolbi, kandke geel kõhu-vaagnaõõnde.
5. Katke töödeldavad alad geeliga. Soovitatav on kasutada 1-2 mm paksust geelikihti. Kihi paksus ei mõjuta toote efektiivsust.
6. Paki puhul, kus on 2 süstalt ja 1 kanüül ja teist süstalt on vaja, keerake süstal kasutuses oleva kanüüli otsast ära ja järgige punkti 3 ülalpool ja kinnitage teine süstal kanüüli külge.
7. Pärast toote pealekandmist operatsioonivälja mitte loputada.

Hoiatused ja ettevaatusmeetmed

- HYALOBARRIER® GEL ja HYALOBARRIER® GEL ENDO on ette nähtud kirurgiliseks kasutamiseks ainult spetsialiseerunud kirurgide poolt.
- HYALOBARRIER® GEL ̀i ja HYALOBARRIER® GEL ENDO ́t ei tohi süstida intravenoosselt.
- Tuginedes prekliinilistele tõenditele, ei ole HYALOBARRIER® GEL ja HYALOBARRIER® GEL ENDO efektiivsus raske hemastaasi korral ohustatud (14). Toote kasutamine on kirurgi äranägemisel patsientidel, kellel on vere hüübimise muutused, rasked allergiad või teada eelnev anafülaksia.
- HYALOBARRIER® GEL ja HYALOBARRIER® GEL ENDO ei oma bakteriostaatilist või bakteritsiidset toimet.
- HYALOBARRIER® GEL ̀i ja HYALOBARRIER® GEL ENDO samaaegset kasutamist teiste liidetevastaste seadmetega või kõhuõõnesiseselt instilleeritud lahustega ei ole hinnatud.
- HYALOBARRIER® GEL ̀i ja HYALOBARRIER® GEL ENDO ́t ei ole hinnatud pahaloomuliste kasvajatega patsientidel. Prekliinilised andmed on näidanud, et tootel ei ole mõju kasvajate levikule (15).
- Andmeid HYALOBARRIER® GEL ̀i ja HYALOBARRIER® GEL ENDO kasutamise kohta rasedatel ei ole kättesaadavad. Toote kasutamine raseduse ajal ei ole soovitatav. Samuti on soovitatav vältida rasedust ravile järgnenud täieliku menstruaaltsükli jooksul.
- HYALOBARRIER® GEL ja HYALOBARRIER® GEL ENDO kasutamist lastel ja imetavatel emadel ei ole hinnatud.
- Süstalt ja kanüüli soovitatav kasutada vahetult peale koti avamist.
- Seade tuleb kokku panna operatsioonisaalis.
- Et vältida luer-lukk ühenduse kahjustust, ei ole soovitatav kasutada kanüül-süstla süsteemi kui laparoskoopilist instrumenti, nt kudede ja organite nihutamiseks.
- Süstal on ühekordseks kasutamiseks; kõik mitte kasutatud tooted tuleb hävitada.
- Kanüül on ühekordseks kasutamiseks; mitte uuesti steriliseerida.
- Kasutamata geeli ja /või kanüüli uuesti kasutamisel on mittesteriilse toote ja patsiendi infektsiooni risk.
- Tühjad konteinerid tuleb hävitada vastavalt kehtivale seadusandlusele.
- Kui kaitsev kott või blister on vigastatud, ärge kasutage toodet ning võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.
- Ärge kasutage toodet pärast aegumiskuupäeva.

Pakend

- HYALOBARRIER® GEL on saadaval eraldi pakendatud süstaldes, mis sisaldavad 10 ml 40 mg ACP®/ml steriilset geeli. Eraldi pakendatud 5 cm pikkused kanüülid on lisatud.
- HYALOBARRIER® GEL ENDO on saadaval eraldi pakendatud süstaldes, mis sisaldavad 10 ml 30 mg ACP®/ml steriilset geeli. Eraldi pakendatud 30 cm pikkused kanüülid on lisatud.

Viited

1. Lower A.M. et al. Hum Reprod.2004;19:1877
2. Harris E.S. et al. Surgery.1995;177:663
3. Renier D. et al. Biomaterials.2005;26(26):5368
4. Pellicano M. et al. Fertil Steril.2003;80(2):441
5. Carta G. et al. Clin Exp Obstet Gynecol.2004;31(1):39
6. Acunzo G. et al. Hum Reprod.2003 ;18(9) :1918
7. Guida M. et al. Hum Reprod.2004;19(6):1461
8. Pellicano M. et al. Fertil Steril.2005;83(2):498
9. Mais V. et al. Hum Reprod.2006 ;21(5) :1248
10. Metwally M. et al. Fertil Steril.2007;87(5):1139
11. Mais V et al. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2012 Jan;160(1):1-5
12. Salman MC et al. 2009 Jun;54(6):397-400
13. Beksac MS, et al. Case Rep Med. 2011;2011:120-175
14. De laco P.A. et al. Surgery.2001;130:60
15. Pucciarelli S et al. Br J Surg 2003; 90:66

Levitaja:
NORDIC Pharma, s.r.o.
K Rybníku 475
252 42 Jesenice u Prahy
Tšehhi Vabariik
www.nordicpharma.cz

Tootja:
Anika Therapeutics S.r.l.
Corso Stati Uniti 4/U - 35127 Padova (PD) - Itaalia

2021/11

CE 0459

HU

STERILE H_2O_2 Porlasztott hidrogén peroxiddal sterilizálva
STERILE Gőzzel sterilizált
STERILE EO Etilén-oxiddal sterilizálva

Információk a készítményről

Az alhasi-kismedencei sebészeti beavatkozások gyakori okai az összenövések kialakulásának, ami kismedencei fájdalommal és/vagy meddőséggel járhat (1). A sebészeti beavatkozást követő összenövések a szomszédos rostszövetek egymással érintkező felületei következtében alakulnak ki. Az ilyen sebészeti beavatkozások után létrejövő összenövések megelőzésének érdekében javasolt olyan termék használata, amely képes egy védőréteget képezni az érintkező szöveteken, és megfelelő ideig az alkalmazás helyén is marad, hogy megelőzze az összenövés kialakulását (2).
A HYALOBARRIER® GEL és a HYALOBARRIER® GEL ENDO steril orvosi eszközök, átlátszó és nagy viszkozitással rendelkező gélek. Ezek alapja az ún. automatikusan térhálósított poliszacharid (ACP® = auto-crosslinked polysaccharide), amit hialuronsav térhálósításával állítanak elő (kondenzáció segítségével). A hialuronsav az emberi kötőszövet, valamint a hám és mesotheliális szövetek egyik alapvető összetevője. A viszkozitásuknak köszönhetően a HYALOBARRIER® GEL és a HYALOBARRIER® GEL ENDO megtapad a szövet és az alhas-fal felületén, létrehozva egy összenövést gátló réteget, mely a szomszédos szöveteket egymástól elválasztva tartja a sebészeti beavatkozását követő gyógyulás idejére. Az alkalmazást követő 7 napon belül a gél teljesen felszívódik (3). A készítmény hatásosságát alhasi-kismedencei sebészeti beavatkozások során végzett preklinikai és klinikai vizsgálatokban bizonyították (4-13). A HYALOBARRIER® GEL és a HYALOBARRIER® GEL ENDO arra lett tervezve, hogy az alhasi-kismedencei sebészeti beavatkozások alkalmával jelentkező különböző technikai igényeket kielégítse.

Javallatok

A HYALOBARRIER® GEL és a HYALOBARRIER® GEL ENDO az alhasi-kismedencei sebészeti beavatkozások után fellépő összenövések megelőzésére, vagy csökkentésére alkalmazható.
A HYALOBARRIER® GEL nyílt sebészeti beavatkozásokban alkalmazható.
A HYALOBARRIER® GEL ENDO laporoszkópiás és hiszteroszkópiás sebészeti beavatkozásokban alkalmazható.

Ellenjavallatok

A készítménnyel szembeni ismert túlérzékenység.
Az eszköz nem használható szennyeződött, vagy fertőződött műtéti területen.

Tárolás

- Tartsa hűtőszekrényben (2-8°C). A készítmény csak rövid ideig (legfeljebb 7 napig) tartható szobahőmérsékleten, azonban ezt követően amint lehet, vissza kell tenni a hűtőbe.
- Ne fagyassza le.

Az alkalmazás módja

A HYALOBARRIER® GEL és a HYALOBARRIER® GEL ENDO egyaránt előre töltött, egyszer használatos steril fecskendőben kerül forgalomba. A fecskendő tartalma gőz segítségével sterilizált. A fecskendő és a csomagolása egyaránt elpárologtatott hidrogén peroxiddal van sterilizálva a teljes csomag, beleértve a fecskendő külső felületének megfelelő sterilitása érdekében. A kanül etilén-oxiddal van sterilizálva.

1. A készítményt ki kell venni a hűtőből, és hagyni, hogy szobahőmérsékletre melegedjen (legalább 30-40 perc normál szobahőmérsékleten). A csomagot kinyitva a műtőben alkalmazott normál aszeptikus technika segítségével jutassa be a fecskendőt a steril műtéti területre.
2. Bontsa fel a kanül csomagolását, majd a műtőben alkalmazott normál aszeptikus technika segítségével helyezze a kanült a steril területbe.
3. Távolítsa el a fecskendő végén található védő kupakot. Csavaró mozdulattal csatlakoztassa a mellékelt kanült a fecskendő Luer-záras végéhez. Óvatosan csatlakoztassa a kanült. Helyes csatlakoztatás esetén a kanül nem csúszhat le a fecskendőről. A HYALOBARRIER® GEL ENDO-hoz mellékelt kanült úgy tervezték, hogy a 0,5 cm átmérőjű trokár segítségével lehessen használni.
4. Adagolja a gélt az alhasi-kismedencei üregbe a dugattyú nyomásával.
5. A kezelendő felületeket teljesen fedje le a géllel. Javasolt 1-2 mm vastag réteget felvinni. Az alkalmazott gél réteg vastagsága nem befolyásolja a készítmény hatásosságát.
6. A két fecskendőt és egy kanült tartalmazó csomagolású terméknél, ha szükség van a 2. fecskendőben levő gélre is, akkor csavarja le az üres fecskendőt a kanülről, majd a fenti, 3. pontban részletesen leírtaknak megfelelően csatlakoztassa a második fecskendőt a kanülhöz.
7. A készítmény alkalmazását követően már ne öblítse ki az alkalmazási területet.

Figyelmeztetések

- A HYALOBARRIER® GEL és HYALOBARRIER® GEL ENDO alkalmazása kizárólag szakorvos által végzett sebészeti beavatkozásokban javallott.
- A HYALOBARRIER® GEL és HYALOBARRIER® GEL ENDO intravénásan nem adható be.
- Preklinikai vizsgálati eredmények alapján a HYALOBARRIER® GEL és a HYALOBARRIER® GEL ENDO hatásosságát nem veszélyezteti a nagyfokú haemostasis megléte (14). A készítmények alkalmazása változó véralvadásos, korábban felismert súlyos allergia vagy anafilaxia esteivel rendelkező betegek esetében az orvos egyedi belátása szerint történik.
- A HYALOBARRIER® GEL és a HYALOBARRIER® GEL ENDO nem rendelkezik belső bakteriosztatikus vagy baktericid hatással.
- Nem vizsgálták a HYALOBARRIER® GEL és a HYALOBARRIER® GEL ENDO egyidejű alkalmazását más összenövést gátló eszközökkel vagy intraperitonealisan bevitt oldatokkal.
- A HYALOBARRIER® GEL és a HYALOBARRIER® GEL ENDO alkalmazását rosszindulatú daganatban szenvedő betegekben nem vizsgálták. A preklinikai vizsgálati eredmények kimutatták, hogy a készítményeknek nincs hatása a daganat diffúziójára (15).
- A HYALOBARRIER® GEL és a HYALOBARRIER® GEL ENDO terhes nőkben történő alkalmazásával kapcsolatosan nem áll rendelkezésre adat. A készítmények alkalmazása ebben az állapotban nem javallott. Továbbá javasolt a terhesség elkerülése az alkalmazást követő első teljes menstruációs ciklusban.
- A HYALOBARRIER® GEL és a HYALOBARRIER® GEL ENDO alkalmazhatóságát nem vizsgálták gyermekekben és szoptató anyákban.
- A csomag felbontása után javasolt a fecskendő és a kanül azonnali felhasználása.
- Az eszközön végzett minden összeszerelő műveletet a műtőben kell elvégezni.
- A Luer-zár sérülésének elkerülése érdekében kerülendő a fecskendő-kanül rendszer más laporoszkópiás eszközként történő használata, pl. szövetek és szervek elmozdítására.
- A fecskendő egyszer használatos, a fel nem használt mennyiséget ki kell dobni.
- A kanül egyszer használatos, tilos újrasterilizálni.
- A korábban fel nem használt gél és/vagy nem steril kanül első használatot követő ismételt alkalmazása esetén fennáll a nem steril készítmény miatti fertőzés veszélye.
- Az üres eszközöket a jogszabályokban előírt módon kell megsemmisíteni.
- Ne használja fel a készítményt, és értesítse a kereskedőt, ha a védőcsomagolása sérült.
- A lejárati idő után ne használja a készítményt.

A csomagolás módja, és tartalma

- Minden egyes dobozban: A HYALOBARRIER® GEL egyesével csomagolt fecskendőkben kerül forgalomba, mely 10 ml 40mg/ml ACP® tartalmú steril gélt tartalmaz. Az alkalmazáshoz mellékelve van továbbá egy külön becsomagolt 5 cm hosszú kanül.
- Minden egyes dobozban: A HYALOBARRIER® GEL ENDO egyesével csomagolt fecskendőkben kerül forgalomba, mely 10 ml 30mg/ml ACP® tartalmú steril gélt tartalmaz. Az alkalmazáshoz mellékelve van továbbá egy külön becsomagolt 30 cm hosszú kanül is.

Hivatkozásjegyzék

1. Lower A.M. et al. Hum Reprod.2004;19:1877
2. Harris E.S. et al. Surgery.1995;177:663
3. Renier D. et al. Biomaterials.2005;26(26):5368
4. Pellicano M. et al. Fertil Steril.2003;80(2):441
5. Carta G. et al. Clin Exp Obstet Gynecol.2004;31(1):39
6. Acunzo G. et al. Hum Reprod.2003 ;18(9) :1918
7. Guida M. et al. Hum Reprod.2004;19(6):1461
8. Pellicano M. et al. Fertil Steril.2005;83(2):498
9. Mais V. et al. Hum Reprod.2006 ;21(5) :1248
10. Metwally M. et al. Fertil Steril.2007;87(5):1139
11. Mais V et al. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2012 Jan;160(1):1-5
12. Salman MC et al. 2009 Jun;54(6):397-400
13. Beksac MS, et al. Case Rep Med. 2011;2011:120-175
14. De laco P.A. et al. Surgery.2001;130:60
15. Pucciarelli S et al. Br J Surg 2003; 90:66

Forgalmazó:
NORDIC Pharma, s.r.o.
K Rybníku 475
252 42 Jesenice u Prahy
Csehország
www.nordicpharma.cz

Gyártó:
Anika Therapeutics S.r.l.
Corso Stati Uniti 4/U - 35127 Padova (PD) - Olaszország

2021/11

CE 0459

RO

STERILE H_2O_2 Sterilizare cu vapori de peroxid de hidrogen
STERILE Sterilizare cu aburi
STERILE EO Sterilizare cu oxid de etilenă

Informații despre produs

Intervențiile chirurgicale abdomino-pelvine sunt o cauză frecventă de apariție a aderențelor, care pot produce dureri pelvine și/sau infertilitate (1). Aceste aderențe post-chirurgicale sunt cauzate de generarea unor suprafețe de contact, alcătuite din țesut fibros, între organe interne adiacente. În scopul prevenirii formării aderențelor post-chirurgicale, este recomandată utilizarea unui produs capabil să formeze o barieră împotriva contactului dintre țesuturile adiacente, și care să se mențină la locul aplicării o perioadă de timp suficient de lungă pentru împiedicarea formării aderențelor (2).
Dispozitivele medicale HYALOBARRIER® GEL și HYALOBARRIER® GEL ENDO conțin geluri sterile, transparente și cu vâscozitate mare, pe bază de ACP® (polizaharid auto cross-linkat), obținute prin cross-linkarea acidului hialuronic în urma condensării, acidul hialuronic fiind una dintre componentele principale ale țesutului conjunctiv uman, ale epiteliului și mezoteliului. Datorită vâscozității lor, HYALOBARRIER® GEL și HYALOBARRIER® GEL ENDO aderă perfect la suprafața țesuturilor și a peretelui abdominal, creează o barieră anti-aderențe și separă țesuturile adiacente pe parcursul procesului de reparare secundar intervenției chirurgicale. La șapte zile de la aplicare, gelul se resoarbe complet (3). Eficacitatea produselor a fost demonstrată în studii clinice (4-13) în chirurgia abdomino-pelvină. HYALOBARRIER® GEL și HYALOBARRIER® GEL ENDO sunt concepute pentru a satisface nevoile diferitelor tehnici utilizate în procedurile chirurgicale abdomino-pelvine.

Indicații

HYALOBARRIER® GEL și HYALOBARRIER® GEL ENDO sunt indicate pentru profilaxia sau reducerea formării aderențelor post-chirurgicale din sfera abdomino-pelvină.
HYALOBARRIER® GEL este indicat pentru utilizarea în procedurile chirurgicale deschise.
HYALOBARRIER® GEL ENDO este indicat pentru utilizarea în procedurile chirurgicale laparoscopice și histeroscopice.

Contraindicații

Hipersensibilitate cunoscută la produs.
Dispozitivele nu trebuie utilizate la pacienții care prezintă infecții sau contaminarea câmpului chirurgical.

Depozitare

- A se menține refrigerat la temperatura de 2-8°C. Produsul poate fi depozitat la temperatura camerei o perioadă limitată de timp (nu mai mult de 7 zile), după care trebuie din nou refrigerat.
- A nu se congela.

Instrucțiuni privind utilizarea

HYALOBARRIER® GEL și HYALOBARRIER® GEL ENDO sunt disponibile sub formă de seringi pre-umplute sterile de unică folosință. Conținutul seringilor este sterilizat prin aburi. Ambalajul care conține seringa este sterilizat prin vaporizare cu peroxid de hidrogen pentru a se asigura sterilitatea întregului conținut al ambalajului, inclusiv a suprafeței exterioare a seringii. Canulele sunt sterilizate cu oxid de etilenă.

1. Scoateți produsul de la frigider și lăsați-l să se încălzească la temperatura camerei (minim 30-40 minute la temperatura camerei). Deschideți ambalajul și introduceți seringa în câmpul operator steril, utilizând tehnicile normale de asepsie pentru sala de operație.
2. Deschideți folia canulei și transferați canula în câmpul steril, utilizând tehnicile normale de asepsie pentru sala de operație.
3. Scoateți capacul de protecție aflat în vârful seringii. Printr-o mișcare de înșurubare, conectați canula la capătul tip luer-lock al seringii. Trageți cu grijă de canulă. Dacă aceasta este bine fixată pe seringă, ea nu se va desprinde. Canula pentru HYALOBARRIER® GEL ENDO a fost concepută pentru a fi utilizată cu un trocar cu diametrul de 0,5 cm.
4. Aplicați gelul în interiorul cavității abdomino-pelvine prin apăsarea pistonului.
5. Acoperiți cu gel suprafețele care urmează a fi tratate. Se recomandă aplicarea unui strat de gel gros de 1-2 mm. Grosimea stratului de gel nu influențează eficacitatea produsului.
6. În cazul unui ambalaj ce conține 2 seringi și 1 canulă, dacă este necesară și cea de-a doua seringă de gel, se desprinde prin răsucire seringa de pe canula utilizată și se repetă pasul 3 de mai sus pentru a atașa cea de-a doua seringă la canulă.
7. Nu irigați câmpul chirurgical după aplicarea produsului.

Atenționări și precauții

- HYALOBARRIER® GEL și HYALOBARRIER® GEL ENDO sunt pentru utilizare chirurgicală și trebuie utilizate numai de către specialiștii chirurgi.
- HYALOBARRIER® GEL și HYALOBARRIER® GEL ENDO nu trebuie injectate intravenos.
- Pe baza dovezilor preclinice, eficacitatea HYALOBARRIER® GEL și HYALOBARRIER® GEL ENDO nu este afectată în prezența unei hemostaze dificile (14). Utilizarea produselor la pacienții cu afectarea coagulării, alergii severe sau cazuri de anafilaxie în antecedente este la latitudinea chirurgului.
- HYALOBARRIER® GEL și HYALOBARRIER® GEL ENDO nu au activitate bacteriostatică sau bactericidă intrinsecă.
- Nu a fost evaluată utilizarea HYALOBARRIER® GEL și HYALOBARRIER® GEL ENDO concomitent cu alte dispozitive anti-aderență sau cu soluții instilate intraperitoneal.
- HYALOBARRIER® GEL și HYALOBARRIER® GEL ENDO nu au fost evaluate la pacienții cu tumori maligne. Dovezile preclinice au indicat că produsele nu influențează diseminarea neoplazică (15).
- Nu sunt disponibile date cu privire la utilizarea HYALOBARRIER® GEL și HYALOBARRIER® GEL ENDO la gravide. Nu se recomandă utilizarea produselor în această situație. Se recomandă, de asemenea, evitarea sarcinii pe durata primului ciclu menstrual complet după aplicarea tratamentului.
- Nu a fost evaluată utilizarea HYALOBARRIER® GEL și HYALOBARRIER® GEL ENDO la copii sau la femeile care alăptează.
- Se recomandă utilizarea seringii și a canulei imediat după deschiderea ambalajului.
- Toate manevrele de asamblare trebuie efectuate în sala de operație.
- Pentru a se evita deteriorarea conexiunii luer-lock, se recomandă a nu se utiliza sistemul canulă-seringă ca instrument de manipulare laparoscopică, de exemplu pentru a deplasa țesuturi și organe.
- Seringa este de unică folosință; orice produs rămas neutilizat trebuie aruncat.
- Canula este de unică folosință; a nu se resteriliza.
- În cazul reutilizării, după aplicare, a gelului rămas și/sau a canulei, există un risc de produs nesteril și de infecție a pacientului.
- Recipientele goale se aruncă în conformitate cu reglementările naționale.
- În cazul deteriorării ambalajului sau a foliei, nu trebuie utilizat produsul și trebuie contactat distribuitorul local.
- A nu se utiliza produsul după data expirării.

Ambalare

- În fiecare cutie, HYALOBARRIER® GEL este disponibil în seringă ambalată individual, fiecare seringă conținând 10 ml cu 40 mg ACP®/ml gel steril. Pentru aplicare sunt incluse canule de 5 cm lungime ambalate individual.
- În fiecare cutie, HYALOBARRIER® GEL ENDO este disponibil în seringă ambalată individual, fiecare seringă conținând 10 ml cu 30 mg ACP®/ml gel steril. Pentru aplicare sunt incluse canule de 30 cm lungime ambalate individual.

Referințe

1. Lower A.M. et al. Hum Reprod. 2004; 19:1877
2. Harris E.S. et al. Surgery. 1995; 177:663
3. Renier D. et al. Biomaterials. 2005; 26(26):5368
4. Pellicano M. et al. Fertil Steril. 2003; 80(2):441
5. Carta G. et al. Clin Exp Obstet Gynecol. 2004; 31(1):39
6. Acunzo G. et al. Hum Reprod. 2003; 18(9):1918
7. Guida M. et al. Hum Reprod. 2004; 19(6):1461
8. Pellicano M. et al. Fertil Steril. 2005; 83(2):498
9. Mais V. et al. Hum Reprod. 2006; 21(5):1248
10. Metwally M. et al. Fertil Steril. 2007; 87(5):1139
11. Mais V et al. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2012 Jan; 160(1):1-5
12. Salman MC et al. 2009 Jun; 54(6):397-400
13. Beksac MS, et al. Case Rep Med. 2011; 2011:120-175
14. De laco P.A. et al. Surgery. 2001; 130:60
15. Pucciarelli S et al. Br J Surg 2003; 90:66

Distribuitor:
PHARMA PROMOTION SRL
Str. Dimitrie Gusti nr. 8, sector 1
010894 București
România
www.pharmapromotion.ro

Producător:
Anika Therapeutics S.r.l.
Corso Stati Uniti 4/U - 35127 Padova (PD) - Italia

2021/11

CE 0459

SI

STERILE H_2O_2 Sterilizirano z uplinjenim vodikovim peroksidom
STERILE Sterilizirano s toploto
STERILE EO Sterilizirano z etilen oksidom

Informacije o izdelku

Abdominalno-pelvični operativni posegi so pogost vzrok za nastanek adhezije, kar lahko povzroči pelvične bolečine in/ali neplodnost (1). Te pooperacijske adhezije iz fibroznega tkiva nastanejo zaradi tvorbe stičnih površin med sosednjimi notranjimi organi. Da bi preprečili tvorbo pooperacijskih adhezij, se priporoča uporaba izdelka, ki ima zmožnost tvorbe pregrade, ki preprečuje stik med sosednjimi tkivi, in ostane na mestu aplikacije dovolj časa, da se izognemo tvorbi adhezij (2).
Medicinska pripomočka HYALOBARRIER® GEL in HYALOBARRIER® GEL ENDO sta sterilna, prozorna in zelo viskozna gela iz t.i. ACP® (*auto-crosslinked polysaccharide*). Ta se pridobi s postopkom premreženja pri kondenzaciji hialuronske kisline, ene izmed glavnih komponent človeškega vezivnega tkiva ter epitelija in mezotelija. Zahvaljujoč njuni viskoznosti se HYALOBARRIER® GEL in HYALOBARRIER® GEL ENDO popolnoma priležeta na površino tkiva in abdominalni steni, s čimer se ustvari protiadhezijska pregrada, ki obdrži sosednji tkivi ločeni med fazo celjenja po operativnem posegu. Sedem dni po aplikaciji se gel popolnoma reabsorbira (3). Učinkovitost pripomočka so dokazali v kliničnih študijah (4-13), izvedenih pri abdominalno-pelvičnih operacijah. HYALOBARRIER® GEL in HYALOBARRIER® GEL ENDO sta zasnovana tako, da zadoščata potrebam pri različnih tehnikah, uporabljenih pri abdominalno-pelvičnih operacijah.

Indikacije

HYALOBARRIER® GEL in HYALOBARRIER® GEL ENDO sta indicirana za preprečitev ali zmanjšanje tvorb pooperacijskih adhezij v abdominalno-pelvičnem področju.
HYALOBARRIER® GEL je indiciran za uporabo pri odprtih operativnih posegih.
HYALOBARRIER® GEL ENDO je indiciran za uporabo pri laparoskopskih in histeroskopskih operativnih posegih.

Kontraindikacije

Znana preobčutljivost na izdelek.
Pripomočki se ne smejo uporabljati pri bolnikih z okužbami ali kontaminacijami na mestu operacije.

Shranjevanje

- Shranjujte v hladilniku (2-8 °C). Izdelek lahko shranjujete na sobni temperaturi samo za določeno časovno obdobje (ne več kot 7 dni), nato ga je potrebno spet shranjevati v hladilniku.
- Ne zamrzujte.

Navodila za uporabo

HYALOBARRIER® GEL in HYALOBARRIER® GEL ENDO sta na voljo v sterilnih napolnjenih brizgah za enkratno uporabo. Vsebina brizge je sterilizirana s toploto. Vrečka z brizgo je sterilizirana z uplinjenim vodikovim peroksidom, da se zagotovi sterilnost celotne vsebine vrečke, vključno z zunanjimi površinami brizge. Kanile so sterilizirane z etilen oksidom.

1. Vzemite izdelek iz hladilnika in ga pustite, da se segreje na sobno temperaturo (vsaj 30-40 minut pri sobni temperaturi). Odprite vrečko in vnesite brizgo v sterilno operacijsko okolje z običajno aseptično tehniko, ki se uporablja v kirurgiji.
2. Odprite pretisni omot kanile in prenesite kanilo v sterilno operacijsko okolje z običajno aseptično tehniko, ki se uporablja v kirurgiji.
3. Z vrha brizge odstranite njen zaščitni pokrovček. Z zasukom priključite kanilo na luer-lock priključek na brizgi. Nežno povlecite kanilo. Če je kanila pravilno nameščena na brizgo, se ne sme sneti. Kanila za HYALOBARRIER® GEL ENDO je zasnovana za uporabo s troakarjem s premerom 0,5 cm.
4. S pritiskom na bat nanesite gel v notranjost abdominalno-pelvične votline.
5. Pokrijte vsa področja, ki jih je treba zdraviti. Priporočljivo je, da nanesete 1-2 mm debelo plast gela. Debelina plasti gela ne vpliva na učinkovitost izdelka.
6. Če morate v primeru pakiranja z 2 brizgama in 1 kanilo uporabiti še drugo brizgo, odvijte brizgo iz kanile, ki je v uporabi, in za pritrditev druge brizge na kanilo sledite navodilom v koraku 3.
7. Po aplikaciji izdelka ne izpirajte mesta operacije.

Opozorila in previdnostni ukrepi

- HYALOBARRIER® GEL in HYALOBARRIER® GEL ENDO sta namenjena kirurški uporabi le s strani specializiranih kirurgov.
- HYALOBARRIER® GEL in HYALOBARRIER® GEL ENDO se ne smeta injicirati intravensko.
- Na podlagi predkliničnih dokazov se učinkovitost HYALOBARRIER® GEL in HYALOBARRIER® GEL ENDO ne zmanjša v prisotnosti zapletenih hemostaz (14). Uporaba izdelkov pri bolnikih s spremenjenim strjevanjem krvi, s hudimi alergijami ali z znanimi primeri anafilaksije v preteklosti je po presoji kirurga.
- HYALOBARRIER® GEL in HYALOBARRIER® GEL ENDO nimata intrinzične bakteriostatične ali baktericidne aktivnosti.
- Sočasna uporaba HYALOBARRIER® GEL in HYALOBARRIER® GEL ENDO z drugimi protiadhezivnimi pripomočki ali intraperitonalno nakapljanimi raztopinami ni bila ocenjena.
- HYALOBARRIER® GEL in HYALOBARRIER® GEL ENDO nista bila ovrednotena pri bolnikih, obolelih za malignimi tumorji. Predklinični dokazi kažejo, da izdelka nimata vpliva na razširitev tumorja (15).
- Podatkov o uporabi HYALOBARRIER® GEL in HYALOBARRIER® GEL ENDO pri nosečnicah ni na voljo. Uporaba izdelkov v tem stanju ni priporočljiva. Priporočljivo je izogibanje nosečnosti med prvimi tremi zaključenimi menstrualnimi cikli po zdravljenju.
- Uporaba HYALOBARRIER® GEL in HYALOBARRIER® GEL ENDO ni bila ovrednotena pri otrocih ali doječih materah.
- Priporočljivo je, da se brizga in kanila uporabita takoj po odprtju vrečke.
- Vsi postopki sestave pripomočka morajo biti izvedeni v kirurškem okolju.
- Da se izognete poškodbi luer-lock povezave, je priporočljivo, da ne uporabite sistema kanila-brizga kot manipulacijski laparoskopski instrument, npr. za premeščanje tkiv in organov.
- Brizga je za enkratno uporabo; vse neporabljene izdelke morate zavreči.
- Kanila je za enkratno uporabo; ne sterilizirajte ponovno.
- Če neporabljeni gel in/ali kanilo ponovno uporabite po aplikaciji, obstaja možnost nesterilnega izdelka in okužbe bolnika.
- Prazne vsebnike zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.
- Če sta zaščitna vrečka ali pretisni omot poškodovana, ne uporabite izdelka in kontaktirajte lokalnega distributerja.
- Izdelka ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti.

Pakiranja

- V vsakem pakiranju je HYALOBARRIER® GEL na voljo kot posamično zapakirane brizge, ki vsebujejo 10 ml 40 mg ACP®/ml sterilnega gela. Za aplikacijo so priložene posamično zapakirane 5 cm dolge kanile.
- V vsakem pakiranju je HYALOBARRIER® GEL ENDO na voljo kot posamično zapakirane brizge, ki vsebujejo 10 ml 30 mg ACP®/ml sterilnega gela. Za aplikacijo so priložene posamično zapakirane 30 cm dolge kanile.

Reference

1. Lower A.M. et al. Hum Reprod.2004;19:1877
2. Harris E.S. et al. Surgery.1995;177:663
3. Renier D. et al. Biomaterials.2005;26(26):5368
4. Pellicano M. et al. Fertil Steril.2003;80(2):441
5. Carta G. et al. Clin Exp Obstet Gynecol.2004;31(1):39
6. Acunzo G. et al. Hum Reprod.2003 ;18(9) :1918
7. Guida M. et al. Hum Reprod.2004;19(6):1461
8. Pellicano M. et al. Fertil Steril.2005;83(2):498
9. Mais V. et al. Hum Reprod.2006 ;21(5) :1248
10. Metwally M. et al. Fertil Steril.2007;87(5):1139
11. Mais V et al. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2012 Jan;160(1):1-5
12. Salman MC et al. 2009 Jun;54(6):397-400
13. Beksac MS, et al. Case Rep Med. 2011;2011:120-175
14. De laco P.A. et al. Surgery.2001;130:60
15. Pucciarelli S et al. Br J Surg 2003; 90:66

Distributer:
NORDIC Pharma, s.r.o.
K Rybníku 475
252 42 Jesenice u Prahy
Češka
www.nordicpharma.cz

Proizvajalec:
Anika Therapeutics S.r.l.
Corso Stati Uniti 4/U - 35127 Padova (PD) - Italija

2021/11

CE 0459

LV

STERILE H_2O_2 Sterilizēts izmantojot ūdeņraža peroksīdu
STERILE Sterilizēts izmantojot tvaiku
STERILE EO Sterilizēts izmantojot etilēna oksīdu

Informācija par izstrādājumu

Ķirurģiskas vēdera dobuma un iegurņa operācijas bieži ir cēlonis adhēzijai, kas var izraisīt sāpes iegurņa rajonā un/vai neauglību (1). Cēlonis šādai pēcoperācijas adhēzijai ir no saistaudiem veidotu saskares zonu rašanās starp blakussesošiem iekšējiem orgāniem. Lai novērstu pēcoperācijas adhēziju, ieteicams izmantot izstrādājumu, kas spēj veidot barjeru, lai novērstu blakusesošo audu saskari, un kas saglabājas lietošanas vietā pietiekami ilgi, lai nevarētu veidoties adhēzija (2).
Medicīnas ierīces HYALOBARRIER® GEL un HYALOBARRIER® GEL ENDO ir sterili, caurspīdīgi un izteikti viskozi gēli, kas veidoti uz ACP® (automātiski krusteniski saistījušos polisaharīdu) bāzes, ko iegūst, procesā veidojoties krusteniskām saitēm hialuronskābes kondensēšanās ceļā; hialuronskābe ir viena no svarīgākajām cilvēka saistaudu un epiteliālo un mezoteliālo audu sastāvdaļām. Pateicoties viskozitātei, HYALOBARRIER® GEL un HYALOBARRIER® GEL ENDO nevainojami pieķeras audu virsmai un vēdera sienai, veidojot antiadhēzijas barjeru, kas atdala blakusesošos audus atveseļošanās periodā pēc ķirurģiskas procedūras. Septiņas dienas pēc lietošanas gēls pilnīgi uzsūcas (3). Izstrādājumu efektivitāte pierādīta klīniskajos pētījumos (4-13) ar pacientiem, kam veiktas ķirurģiskas operācijas vēdera dobumā vai iegurnī. HYALOBARRIER® GEL un HYALOBARRIER® GEL ENDO ir veidots tā, lai apmierinātu vajadzības dažādu vēdera dobuma vai iegurņa ķirurģijas tehniku izmantošanas gadījumā.

Indikācijas

HYALOBARRIER® GEL un HYALOBARRIER® GEL ENDO indicēts pēcoperācijas adhēzijas profilaksei vai mazināšanai vēdera dobumā un iegurņa rajonā.
HYALOBARRIER® GEL ir indicēts lietošanai vaļēja tipa ķirurģiskajās procedūrās.
HYALOBARRIER® GEL ENDO ir indicēts lietošanai laparoskopiskās un histeroskopiskās ķirurģiskajās procedūrās.

Kontrindikācijas

Zināma paaugstināta jutība pret izstrādājumu.
Šīs ierīces nedrīkst lietot pacientiem ar infekciju vai kontamināciju operācijas vietā.

Uzglabāšana

- Uzglabāt ledusskapī (2-8°C). Izstrādājumu drīkst turēt istabas temperatūrā tikai ierobežotu laiku (ne ilgāk par 7 dienām), pēc tam to atkal ir jāuzglabā ledusskapī.
- Nesasaldēt.

Lietošanas norādījumi

HYALOBARRIER® GEL un HYALOBARRIER® GEL ENDO tiek piegādāti sterilās vienreizējās lietošanas pilnšļircēs. Šļirces saturs ir sterilizēts ar tvaiku. Maisiņš ar šļirci ir sterilizēts, izmantojot ūdeņraža peroksīda tvaikus, lai nodrošinātu visa maisiņa satura, arī šļirces ārējo virsmu, sterilitāti. Kaniles ir sterilizētas ar etilēna oksīdu.

1. Izņemiet izstrādājumu no ledusskapja un ļaujiet tam uzsilt līdz istabas temperatūrai (vismaz 30-40 minūtes istabas temperatūrā). Atveriet maisiņu un novietojiet šļirci sterilajā operācijas laukā, ievērojot parastos aseptiskas darbības nosacījumus, ko izmanto operāciju zālē.
2. Atveriet blisteri ar kanili un pārvietojiet kanili sterilajā laukā, ievērojot parastos aseptiskas darbības nosacījumus, ko izmanto operāciju zālē.
3. Noņemiet no šļirces gala aizsargāzeli. Pagrieziet savienojiet kanili ar Luera tipa šļirces galu. Uzmanīgi pavelciet aiz kaniles. Ja kanile ir pareizi savienota ar šļirci, tā nedrīkst atvienoties. HYALOBARRIER® GEL ENDO domāto kanili paredzēts izmantot ar troakāru, kura diametrs ir 0,5 cm.
4. Spiežot virzuli, ievadiet gēlu vēdera un iegurņa dobumā.
5. Pārklājiet ar gēlu apstrādājamās zonas. Ieteicams uzklāt gēlu 1-2 mm biezā kārtā. Gēla biezums neietekmē izstrādājuma efektivitāti.
6. Ja izmantojat iepakojumu ar 2 šļircēm un 1 kanili un ja ir nepieciešama otra šļirce ar gēlu, noskrūvējiet šļirci no izmantotās kaniles un rīkojieties, kā aprakstīts iepriekš 3. solī, lai pievienotu kanilei otru šļirci.
7. Pēc izstrādājuma ievadīšanas neskalojiet operācijas laukumu.

Brīdinājumi un piesardzība

- HYALOBARRIER® GEL un HYALOBARRIER® GEL ENDO ir paredzēts, lai to izmantotu operāciju laikā un tikai pieredzējuši ķirurgi.
- HYALOBARRIER® GEL un HYALOBARRIER® GEL ENDO nedrīkst injicēt intravenozi.
- Pamatojoties uz preklīniskajiem pierādījumiem, HYALOBARRIER® GEL un HYALOBARRIER® GEL ENDO efektivitāti neietekmē hemostāzes traucējumi (14). Lēmumu par šo izstrādājumu lietošanu pacientiem ar asins recēšanas traucējumiem, smagu alerģiju vai zināmiem agrākiem anafilakses gadījumiem pieņem ķirurgs pēc saviem ieskatiem.
- HYALOBARRIER® GEL un HYALOBARRIER® GEL ENDO nepiemīt iekšēja bakteriostatiska vai baktericīda aktivitāte.
- HYALOBARRIER® GEL un HYALOBARRIER® GEL ENDO un citu antiadhēzijas ierīču vai intraperitoneāli pilināmu šķīdumu vienlaicīga lietošana nav vērtēta.
- HYALOBARRIER® GEL un HYALOBARRIER® GEL ENDO nav vērtēts pacientiem ar ļaundabīgu audzēju. Preklīniskie pierādījumi liecina, ka izstrādājumi neietekmē neoplastisko difūziju (15).
- Dati par HYALOBARRIER® GEL un HYALOBARRIER® GEL ENDO lietošanu grūtniecēm nav pieejami. Grūtniecības laikā izstrādājumu nav ieteicams lietot. Turklāt ieteicams izvairīties no grūtniecības iestāšanās pirmajā pilnajā menstruālajā ciklā pēc līdzekļa lietošanas.
- Nav vērtēta HYALOBARRIER® GEL un HYALOBARRIER® GEL ENDO lietošana bērniem un sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti.
- Šļirci un kanili ieteicams lietot tūlīt pēc maisiņa atvēršanas.
- Visas ar ierīces salikšanu saistītās darbības jāveic operāciju zālē.
- Lai izvairītos no Luera tipa aizslēga bojājumiem, ieteicams nelietot kaniles un šļirces sistēmu kā laparoskopisku instrumentu manipulācijām, piemēram, audu un orgānu pavirzīšanai.
- Šļirce ir paredzēta vienreizējai lietošanai; neizlietotais izstrādājums jāizmet.
- Kanile ir paredzēta vienreizējai lietošanai; nesterilizēt atkārtoti.
- Ja neizlietoto gēlu un/vai kanili pēc lietošanas izmanto atkārtoti, izstrādājums var nebūt sterils, un pacients var tikt inficēts.
- Tukšie iepakojumi jālikvidē saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
- Ja aizsargājošais maisiņš vai blisteris ir bojāts, nelietojiet izstrādājumu un sazinieties ar vietējo izplatītāju.
- Nelietojiet izstrādājumu pēc derīguma termiņa beigām.

Iepakojums

- Katrā HYALOBARRIER® GEL iepakojumā ir atsevišķi iepakotas šļirces, kurās katrā ir 10 ml sterila gēla, kas satur 40 mg ACP®/ml. Lietošanai ir pievienotas atsevišķi iepakotas 5 cm garas kaniles.
- Katrā HYALOBARRIER® GEL ENDO iepakojumā ir atsevišķi iepakotas šļirces, kurās katrā ir 10 ml sterila gēla, kas satur 30 mg ACP®/ml. Lietošanai ir pievienotas atsevišķi iepakotas 30 cm garas kaniles.

Vēres

1. Lower A.M. et al. Hum Reprod.2004;19:1877
2. Harris E.S. et al. Surgery.1995;177:663
3. Renier D. et al. Biomaterials.2005;26(26):5368
4. Pellicano M. et al. Fertil Steril.2003;80(2):441
5. Carta G. et al. Clin Exp Obstet Gynecol.2004;31(1):39
6. Acunzo G. et al. Hum Reprod.2003 ;18(9) :1918
7. Guida M. et al. Hum Reprod.2004;19(6):1461
8. Pellicano M. et al. Fertil Steril.2005;83(2):498
9. Mais V. et al. Hum Reprod.2006 ;21(5) :1248
10. Metwally M. et al. Fertil Steril.2007;87(5):1139
11. Mais V et al. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2012 Jan;160(1):1-5
12. Salman MC et al. 2009 Jun;54(6):397-400
13. Beksac MS, et al. Case Rep Med. 2011;2011:120-175
14. De laco P.A. et al. Surgery.2001;130:60
15. Pucciarelli S et al. Br J Surg 2003; 90:66

Izplatītājs:
NORDIC Pharma, s.r.o.
K Rybniku 475
252 42 Jesenice u Prahy
Čehijas Republika
www.nordicpharma.cz

Ražotājs:
Anika Therapeutics S.r.l.
Corso Stati Uniti 4/U - 35127 Padova (PD) - Itālija

2021/11

CE 0459

HR

STERILE H_2O_2 Sterilizirano parama vodikovog peroksida
STERILE Sterilizirano vodenom parom
STERILE EO Sterilizirano etilen oksidom

Informacije o proizvodu

Abdominalno-pelvični kirurški postupci česti su uzrok za stvaranja priraslica, koje mogu izazvati bol u zdjelici i/ili neplodnost (1). Te postoperativne priraslice, građene od fibroznog tkiva, nastaju zbog stvaranja područja kontakta između susjednih unutarnjih organa. Da bi se spriječilo stvaranje postoperativnih priraslica, preporučuje se primjena proizvoda koji može stvoriti pregradu i tako spriječiti kontakt između susjednih tkiva, a može i ostati na mjestu primjene tijekom dovoljno dugog razdoblja da se izbjegne stvaranje priraslica (2).
Medicinski proizvodi HYALOBARRIER® GEL i HYALOBARRIER® GEL ENDO sterilni su, prozirni, viskozni gelovi na temelju ACP®-a (engl. auto-crosslinked polysaccharide). ACP® se dobiva ukriženjem povezivanjem pomoću kondenzacije hijaluronske kiseline, jednog od glavnih sastojaka ljudskog vezivnog tkiva, kao i epitelnog i mezotelijalnog tkiva. Zahvaljujući svojoj viskoznosti, HYALOBARRIER® GEL i HYALOBARRIER® GEL ENDO savršeno prianjaju uz površinu tkiva i trbušnu stijenku i stvaraju antiadhezivnu prepreku, koja drži susjedna tkiva odvojenima tijekom faze cijeljenja nakon kirurškog zahvata. Sedam dana nakon nanošenja, gel se u potpunosti reapsorbira (3). Djelotvornost ovih proizvoda dokazana je u kliničkim ispitivanjima (4-13) provedenima kod abdominalno-pelvičkih operacija. HYALOBARRIER® GEL i HYALOBARRIER® GEL ENDO napravljeni su tako da zadovoljavaju zahtjeve kod različitih tehnika koje se koriste u abdominalno-pelvičnoj kirurgiji.

Indikacije

HYALOBARRIER® GEL i HYALOBARRIER® GEL ENDO indicirani su za sprječavanje ili smanjenje stvaranja postoperativnih priraslica u abdominalno-pelvičnom području.
HYALOBARRIER® GEL je indiciran za primjenu kod otvorenih kirurških zahvata.
HYALOBARRIER® GEL ENDO indiciran je za primjenu kod laparoskopskih i histeroskopskih kirurških zahvata.

Kontraindikacije

Poznata preosjetljivost na ovaj proizvod.
Ovi se proizvodi ne smiju primjenjivati u bolesnika s infekcijom ili kontaminacijom mjesta kirurškog zahvata.

Čuvanje

- Čuvati u hladnjaku (2-8°C). Proizvod se može čuvati na sobnoj temperaturi samo tijekom ograničenog razdoblja (ne dulje od 7 dana), nakon čega se opet mora vratiti u hladnjak.
- Ne zamrzavati.

Upute za uporabu

HYALOBARRIER® GEL i HYALOBARRIER® GEL ENDO nalaze se u sterilnim, napunjenim štrcaljkama za jednokratnu uporabu. Sadržaj štrcaljke steriliziran je vodenom parom. Vrećica sa štrcaljkom sterilizirana je parom vodikovog peroksida kako bi se osigurala sterilnost cijelog sadržaja vrećice, uključujući i vanjsku površinu štrcaljke. Kanile su sterilizirane etilen oksidom.

1. Izvadite proizvod iz hladnjaka i ostavite ga na sobnoj temperaturi da se zagrije (najmanje 30-40 minuta u prostoru sobne temperature). Otvorite vrećicu i odložite štrcaljku na sterilno operacijsko polje, pridržavajući se pritom uobičajenih aseptičkih tehnika koje se primjenjuju u operacijskoj dvorani.
2. Otvorite blister s kanilom i prenesite kanilu na sterilno područje, pridržavajući se pritom uobičajenih aseptičkih tehnika koje se primjenjuju u operacijskoj dvorani.
3. Uklonite zaštitni poklopac s vrška štrcaljke. Pomoću zakretanja spojite kanilu na luer-lock vršak štrcaljke. Nježno nekoliko puta povucite kanilu. Ako je kanila ispravno spojena sa štrcaljkom, nećete je moći odvojiti takvim povlačenjem. Kanila za HYALOBARRIER® GEL ENDO napravljena je za uporabu s troakarom promjera 0,5 cm.
4. Nanesite gel u unutrašnjost abdominalno-pelvične šupljine potiskivanjem klipa.
5. Prekrijte gelom područja koja planirate tretirati. Preporučuje se nanijeti gel u sloju debljine 1-2 mm. Debljina sloja gela ne utječe na djelotvornost proizvoda.
6. U slučaju kad pakiranje sadrži 2 štrcaljke i 1 kanilu, ako je potrebna druga štrcaljka, zakretanjem odvojite štrcaljku od kanile koju koristite i slijedite upute opisane gore u koraku 3 da biste spojili drugu štrcaljku s kanilom.
7. Nakon nanošenja proizvoda nemojte ispirati kirurško područje.

Upozorenja i mjere opreza

- HYALOBARRIER® GEL i HYALOBARRIER® GEL ENDO namijenjeni su za primjenu u kirurgiji i smiju ih koristiti samo specijalisti kirurgije.
- HYALOBARRIER® GEL i HYALOBARRIER® GEL ENDO ne smiju se ubrizgavati u venu.
- Na temelju nekliničkih dokaza, djelotvornost proizvoda HYALOBARRIER® GEL i HYALOBARRIER® GEL ENDO nije ugrožena u slučaju otežane hemostaze (14). Primjena ovih proizvoda u bolesnika s promjenama u zgrušavanju krvi, teškim alergijama ili poznatim prethodnim slučajevima anafilaksije prepuštena je nahođenju kirurga.
- HYALOBARRIER® GEL i HYALOBARRIER® GEL ENDO nemaju intrinzično bakteriostatsko ili baktericidno djelovanje.
- Istovremena primjena proizvoda HYALOBARRIER® GEL i HYALOBARRIER® GEL ENDO s drugim antiadhezivnim proizvodima ili intraperitonejskim otopinama nije procijenjena.
- HYALOBARRIER® GEL i HYALOBARRIER® GEL ENDO nisu ispitani u bolesnika sa zloćudnim tumorima. Neklinički dokazi pokazuju da ovi proizvodi nemaju utjecaja na širenje tumorskih stanica (15).
- Nema dostupnih podataka o primjeni proizvoda HYALOBARRIER® GEL i HYALOBARRIER® GEL ENDO u trudnica. Ne preporučuje se primjena ovih proizvoda u trudnoći. Također se preporučuje izbjegavati trudnoću tijekom cijelog prvog menstruacijskog ciklusa nakon liječenja ovim proizvodima.
- Primjena proizvoda HYALOBARRIER® GEL i HYALOBARRIER® GEL ENDO nije procijenjena u djece i dojilja.
- Štrcaljku i kanilu preporučuje se uporabiti odmah po otvaranju vrećice.
- Cijeli postupak sastavljanja ovog proizvoda mora se provesti u operacijskoj dvorani.
- Da bi se izbjeglo oštećenje luer-lock spojnice, ne preporučuje se koristiti sustav kanile i štrcaljke kao laparoskopski instrument za manipulaciju, npr. za pomicanje tkiva ili organa.
- Štrcaljka je za jednokratnu uporabu; svaki neuporabljeni proizvod mora se baciti.
- Kanila je za jednokratnu uporabu; nemojte ponovno sterilizirati.
- U slučaju da se nepotrošeni gel i/ili kanila ponovno uporabe nakon primjene, postoji rizik od nesterilnosti proizvoda i infekcije bolesnika.
- Prazni spremnici moraju se baciti sukladno lokalnim propisima.
- Ako su zaštitna vrećica ili blister oštećeni, nemojte uporabiti taj proizvod i obratite se lokalnom distributeru.
- Nemojte uporabiti proizvod nakon isteka roka valjanosti.

Način isporuke

- U jednom pakiranju, HYALOBARRIER® GEL dostupan je u pojedinačno pakiranim štrcaljkama od kojih svaka sadrži 10 ml od 40 mg ACP®/ml sterilnog gela. Priložene su pojedinačno pakirane kanile duljine 5 cm, za primjenu.
- U jednom pakiranju, HYALOBARRIER® GEL ENDO dostupan je u pojedinačno pakiranim štrcaljkama od kojih svaka sadrži 10 ml od 30 mg ACP®/ml sterilog gela. Priložene su pojedinačno pakirane kanile duljine 30 cm, za primjenu.

Literatura

1. Lower A.M. et al. Hum Reprod.2004;19:1877
2. Harris E.S. et al. Surgery.1995;177:663
3. Renier D. et al. Biomaterials.2005;26(26):5368
4. Pellicano M. et al. Fertil Steril.2003;80(2):441
5. Carta G. et al. Clin Exp Obstet Gynecol.2004;31(1):39
6. Acunzo G. et al. Hum Reprod.2003 ;18(9) :1918
7. Guida M. et al. Hum Reprod.2004;19(6):1461
8. Pellicano M. et al. Fertil Steril.2005;83(2):498
9. Mais V. et al. Hum Reprod.2006 ;21(5) :1248
10. Metwally M. et al. Fertil Steril.2007;87(5):1139
11. Mais V et al. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2012 Jan;160(1):1-5
12. Salman MC et al. 2009 Jun;54(6):397-400
13. Beksac MS, et al. Case Rep Med. 2011;2011:120-175
14. De laco P.A. et al. Surgery.2001;130:60
15. Pucciarelli S et al. Br J Surg 2003; 90:66

Distributer:
NORDIC Pharma, s.r.o.
K Rybníku 475
252 42 Jesenice u Prahy
Republika Češka
www.nordicpharma.cz

Proizvođač:
Anika Therapeutics S.r.l.
Corso Stati Uniti 4/U - 35127 Padova (PD) - Italija

2021/11

CE 0459

LT

STERILE H_2O_2 Sterilizuota naudojant vandenilio peroksido garus
STERILE Sterilizuota garais
STERILE EO Sterilizuota naudojant etileno oksidą

Produkto informacija

Pilvo ir dubens ertmių operacijos yra dažna sąaugų, kurios gali sukelti dubens srities skausmus ir (ar) nevaisingumą, atsiradimo priežastis (1). Šios pooperacinės sąaugos susiformuoja dėl atsiradusių susiliečiančių fibrozinio audinio sričių tarp greta esančių vidaus organų. Pooperacinėms sąaugoms išvengti rekomenduojama naudoti preparatą, kuris sudarydamas barjerą neleistų audiniams susiliesti ir galėtų vartojimo vietoje būti pakankamai ilgą laiką, kol yra sąaugų atsiradimo pavojus (2).
Medicinos prietaisai HYALOBARRIER® GEL ir HYALOBARRIER® GEL ENDO yra sterilus, permatomas ir labai klampus gelis, kurio pagrindą sudaro ACP® (polisacharidas su kryžminiu tarpmolekuliniu ryšiu), kuris gaunamas kryžmiškai sujungiant sutirštintą hialurono rūgštį, kuri yra pagrindinė žmogaus jungiamojo, epitelinio ir mezotelinio audinio sudedamoji dalis. Būdami lipnūs HYALOBARRIER® GEL ir HYALOBARRIER® GEL ENDO labai gerai prilimpa prie audinių paviršiaus ir prie pilvo ertmės sienelės sudarydami barjerą, saugantį nuo sąaugų ir pooperaciniu gijimo laikotarpiu išlaikydami vienus nuo kitų atskirtus greitutinius audinius. Praėjus septynioms dienoms po panaudojimo gelis visiškai rezorbuojasi (3). Šio preparato veiksmingumas buvo įrodytas klinikiniais tyrimais, atliktais pilvo ir dubens srities operacijų metu (4-13). HYALOBARRIER® GEL ir HYALOBARRIER® GEL ENDO sukurti, kad atitiktų skirtingų pilvo ir dubens srities operacinių metodų reikmes.

Indikacijos

HYALOBARRIER® GEL ir HYALOBARRIER® GEL ENDO yra skirtas pooperacinių sąaugų susidarymo prevencijai arba sąaugų mažinimui pilvo ir dubens srityje.
HYALOBARRIER® GEL yra skirtas vartoti atvirų chirurginių procedūrų metu.
HYALOBARRIER® GEL ENDO yra skirtas vartoti laparoskopinių ir histeroskopinių chirurginių procedūrų metu.

Kontraindikacijos

Žinomas padidėjęs jautrumas preparatui.
Prietaiso negalima vartoti pacientams, kuriems yra infekcija ar operacinio lauko užteršimas.

Laikymo sąlygos

- Laikyti šaldytuve (2-8 °C). Preparatą galima laikyti kambario temperatūroje tik ribotą laiką (ne ilgiau kaip 7 dienas), o vėliau jis vėl turi būti laikomas šaldytuve.
- Negalima užšaldyti.

Vartojimo instrukcija

HYALOBARRIER® GEL ir HYALOBARRIER® GEL ENDO yra tiekiami steriliuose, vienkartiniuose užpildytuose švirkštuose. Švirkšto turinys sterilizuojamas garais. Maišiukas su švirkštu yra sterilizuojamas naudojant vandenilio hidroksido garus siekiant užtikrinti viso paketėlio turinio, įskaitant išorinį švirkšto paviršių, sterilumą. Kaniulės yra sterilizuotos etileno oksidu.

1. Išimkite preparatą iš šaldytuvo ir leiskite jam sušilti kambario temperatūroje (mažiausiai 30-40 minučių kambario temperatūroje). Atidarykite maišiuką ir padėkite švirkštą ant sterilaus operacinio lauko naudodami įprastą operacinėje aseptinę techniką.
2. Atidarykite kaniulės lizdinę plokštelę ir perkelkite kaniulę ant sterilaus paviršiaus, laikantis įprastos aseptinės technikos, naudojamos operacinėje.
3. Nuimkite apsauginį švirkšto dangtelį nuo švirkšto galiuko. Sukamuoju judesiu prijunkite kaniulę prie *luer* tipo jungties švirkšto gale. Švelniai truktelėkite kaniulę. Jei kaniulė tinkamai prijungta prie švirkšto, ji nenusiims. HYALOBARRIER® GEL ENDO kaniulė pagaminta naudoti su 0,5 cm skersmens troakaru.
4. Stumdami stūmoklį į pilvo–dubens ertmę įstumkite gelį.
5. Padenkite geliu reikiamas sritis. Rekomenduojama padengti 1-2 mm storio gelio sluoksniu. Gelio sluoksnio storis neturi įtakos preparato veiksmingumui.
6. Jei pakuotėje yra 2 švirkštai ir 1 kaniulė, ir jei reikalingas antras švirkštas gelio, sukamuoju judesiu atjunkite švirkštą nuo naudojamos kaniulės ir pakartokite veiksmus nuo 3 žingsnio, kad prie kaniulės prijungtumėte antrąjį švirkštą.
7. Nedrėkinkite operacinio lauko po to, kai panaudosite preparatą.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

- HYALOBARRIER® GEL ir HYALOBARRIER® GEL ENDO galina udotitik chirurgas operacijos metu.
- HYALOBARRIER® GEL ir HYALOBARRIER® GEL ENDO negalima vartoti į veną.
- Remiantis klinikiniais įrodymais, HYALOBARRIER® GEL ir HYALOBARRIER® GEL ENDO veiksmingumas nepablogėja, jei sunku sustabdyti kraujavimą (14). Ar naudoti šį preparatą pacientams, kuriems yra sutrikęs kraujo krešumas, kuriems pasireiškė sunkios alergijos ar anksčiau yra buvusi anafilaksija, sprendžia chirurgas.
- HYALOBARRIER® GEL ir HYALOBARRIER® GEL ENDO neturi bakteriostatinio ar baktericidinio poveikio.
- HYALOBARRIER® GEL ir HYALOBARRIER® GEL ENDO naudojimas su kitais įtaisais, apsaugančiais nuo sąaugų susidarymo, ar į pilvaplėvės ertmę leidžiamais tirpalais nebuvo tirtas.
- HYALOBARRIER® GEL ir HYALOBARRIER® GEL ENDO netirtas pacientams, sergantiems piktybiniais navikais. Ikiklinikinių tyrimų duomenys parodė, kad šie preparatai neturi įtakos piktybinio proceso išplitimui (15).
- Duomenų apie HYALOBARRIER® GEL ir HYALOBARRIER® GEL ENDO vartojimą nėščioms moterims nėra. Nėštumo metu šio preparato vartoti nerekomenduojama. Taip pat rekomenduojama vengti nėštumo visą pirmąjį menstruacinį ciklą po gydymo.
- HYALOBARRIER® GEL ir HYALOBARRIER® GEL ENDO vartojimas netirtas vaikams ir žindančioms moterims.
- Atidarius maišiuką švirkštą ir kaniulę rekomenduojama naudoti nedelsiant.
- Visi prietaiso surinkimo veiksmai turi būti atliekami operacinėje.
- Kad nebūtų pažeista *luer* tipo jungtis, rekomenduojama nenaudoti kaniulės ir švirkšto audiniams ar organams atstumti laparoskopijos metu.
- Švirkštai yra skirti vienkartiniam naudojimui; visas nesuvartotas preparatas turi būti išmestas.
- Kaniulės yra vienkartinio naudojimo; negalima vėl sterilizuoti.
- Pakartotinai panaudojus nesuvartotą gelį ir (arba) kaniulę, yra pavojus, kad preparatas tapo nesterilus ir galima užkrėsti pacientą.
- Tuščias talpykles reikia išmesti laikantis vietinių reikalavimų.
- Jei apsauginis maišiukas arba lizdinė plokštelė yra pažeista, nevartokite preparato ir susisiekite su vietiniu platintoju.
- Preparato negalima vartoti tinkamumo laikui pasibaigus.

Pakuotės

- Vienoje HYALOBARRIER® GEL pakuotėje yra atskirai supakuoti švirkštai, kurių kiekviename yra po 10 ml (40 mg ACP®/ml) sterilaus gelio. Atskirai supakuotos 5 cm ilgio kaniulės, skirtos preparatui uždėti.
- Vienoje HYALOBARRIER® GEL ENDO pakuotėje yra atskirai supakuoti švirkštai, kurių kiekviename yra 10 ml (30 mg ACP®/ml) sterilaus gelio. Atskirai supakuotos 30 cm ilgio kaniulės, skirtos preparatui uždėti.

Nuorodos

1. Lower A.M. et al. Hum Reprod.2004;19:1877
2. Harris E.S. et al. Surgery.1995;177:663
3. Renier D. et al. Biomaterials.2005;26(26):5368
4. Pellicano M. et al. Fertil Steril.2003;80(2):441
5. Carta G. et al. Clin Exp Obstet Gynecol.2004;31(1):39
6. Acunzo G. et al. Hum Reprod.2003 ;18(9) :1918
7. Guida M. et al. Hum Reprod.2004;19(6):1461
8. Pellicano M. et al. Fertil Steril.2005;83(2):498
9. Mais V. et al. Hum Reprod.2006 ;21(5) :1248
10. Metwally M. et al. Fertil Steril.2007;87(5):1139
11. Mais V et al. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2012 Jan;160(1):1-5
12. Salman MC et al. 2009 Jun;54(6):397-400
13. Beksac MS, et al. Case Rep Med. 2011;2011:120-175
14. De laco P.A. et al. Surgery.2001;130:60
15. Pucciarelli S et al. Br J Surg 2003; 90:66

Platintojas:
NORDIC Pharma, s.r.o.
K Rybniku 475
252 42 Jesenice u Prahy
Čekijos Respublika
www.nordicpharma.cz

Gamintojas:
Anika Therapeutics S.r.l.
Corso Stati Uniti 4/U - 35127 Padova (PD) - Italija

2021/11

AML 500-290/D

CE 0459