

Hy-Tee  
Hygiene Technologie GmbH  
Schillerstrasse 14  
42781 Haan

## Raport de Test

Nr. 6422/1-1

*La solicitarea:*  
Abena Production A/S  
Erik Jessens Vej 2  
DK-6200 Aabenraa

Prezentul raport a fost elaborat la data de: 10.09.2021

Și aprobat de:

[semnătură]  
i.V.Dr. Edgar Hemmann  
Director Laborator

[semnătură]  
i.V.Dr. Filiz Bley  
Director Adjunct Laborator

Prezentul raport conține 73 pagini (copertă) cu nr. de test: MDS/ABL/ISO 53315-53326.

Prezentul raport nu poate fi copiat parțial fără permisiunea societății Hy-Tec GmbH.

Rezultatele din prezentul raport se referă exclusiv la probele testate.

Probele transmise vor fi păstrate 2 luni.

Laboratorul de test este acreditat de DAkkS GmbH (organism german de acreditare).

Acreditarea se aplică doar procedurilor menționate în certificat.

Versiunea aplicată a metodelor de testare utilizate poate fi găsită în anexa la certificatul de acreditare.

Testele au fost realizate la sediul societății.

Informațiile furnizate de client sunt marcate în culoarea gri.



Valori de laborator

Test de absorbție (gem. ISO 11948-1)


(„Echipamente de suport pentru absorbția urinei – Partea 1 Încercarea produsului întreg”)

La solicitarea: Abena  
 Nr. test intern: 53321  
 Data testului: 24.08.21  
 Denumirea produsului: Abena Slip M3 Premium  
 Lot nr.: MD LOT 07.06.21-21 :43 EXP 06.2026  
 Cod produs: 1000021286  
 Numele persoanei care a efectuat testul: id

## Test

Toate valorile în g	1.	2.	3.	4.	5.	media	s
Absorbție	3186	3174	3140	3153	3140	3159	21
GT	132,6	133,5	133,0	133,0	131,5	132,7	0,8
GA	3319	3308	3273	3286	3272	3291	21

Descriere: GT Greutatea produsului uscat fără ambalaj (g)  
 GA Greutatea produsului după absorbție liberă (g)  
 Absorbția = GA – GT



\*\*\*\*\*